

[별표 1]

전문기관 지정 요건

1. 조직 및 인력

- (1) 조직은 독립된 전문검사 부서를 두고 관리책임자를 두어야 한다.
- (2) 인력은 다음 각 호의 자격을 갖춘 농학·이공계 박사 1인과 검사원 2인 이상을 배치하여야 한다.
 - (가) 고등교육법에 따른 전문대학 이상의 학교에서 농업·이공계열 학과를 졸업한 자
 - (나) 국·공립연구기관, 산양삼연구소, 인삼제품의 이화학검사 2년 이상 근무한 경력이 있는 자

2. 시설 및 검사기구 : 검사장은 66㎡이상의 전용검사장이 설치하고 다음 각 호의 장비를 구비하여야 한다,

(1) 이화학적 검사기구

- (가) 화학천칭(최소측정단위가 0.1mm 이하인 것에 한한다)
- (나) 건조기(최고온도 조절범위 200±3℃인 것에 한한다)
- (다) 고속액체크로마토그래피
- (라) 가스크로마토그래프
- (마) 비색계
- (바) 저온냉동고(최저온도 조절범위가 -20℃ 이하인 것에 한한다)
- (사) 무기원소분석기(HPIC기종·IPC기종·AA기종의 것에 한한다)
- (아) 회전감압농축기
- (자) 조분쇄기
- (차) 수분측정기(전지저항식, 저열건조식 또는 자외선 조사식의 것에 한한다)

(2) 생물학적 검사기구

- (가) 배양기
- (나) 고압살균기(최고압력범위가 15파운드 이상인 것에 한한다)
- (다) 현미경(최고 확대비율이 600 이상인 것에 한한다)
- (라) 세균계수기