

[별표] 수산생물 병성감정 실시기관 장비 규격(제4조제1항관련)

장비명	보유수량	규격
유 전 자 증 폭 기 (D N A amplification system)	1대 이상	Ramping rate: 1.5℃/sec 용량: 24홀×0.2 mL
자외-가시선 분광광도계 (UV-Vis spectrophotometer)	1대 이상	파장범위: 190~900 nm 가능 파장정밀도: ±1 nm 이상 파장재현성: ± -0.5 이상
탁상형 원심분리기(Benchtop centrifuge)	1대 이상	회전속도: 0~13,000 rpm 가능
탁 상 형 냉장원심분리기(Refrigerated benchtop centrifuge)	1대 이상	회전속도: 0~15,000 rpm 가능 온도조절범위: 0℃~40℃ 가능 용량: 24홀×1.5/2.0 mL
가열기(Block heater)	1대 이상	용량: 12홀×1.5/2.0 mL 온도범위: 0℃~100℃ 가능
전기영동장치 (Agarose gel electrophoresis)	1대 이상	구분: Gel 기반의 수동(Agarose gel) 또는 자동(카트리지) 방식의 장치
겔분석시스템(Gel document system) 또는 자외선 작업함(UV illuminator)	1대 이상	○ 겔분석시스템 - UV Transilluminator - 카메라: 디지털 CCD - 해상도: 1080×720 이상 ※ 전기영동장치가 자동 방식인 경우 분석 소프트웨어를 겔분석시스템으로 같음 ○ 자외선 작업함 - UV Transilluminator - UV Blocking safety
저온배양기(Low temperature incubator)	1대 이상	온도범위: 4~50℃ 가능
고압멸균기(Autoclave)	1대 이상	압력: 2.4 PSI 온도범위: 110℃~123℃ 가능
교반가열기 (Stirring hotplates)	1대 이상	회전수: 60~1,100 rpm 가능 온도범위: 25~300℃ 가능
건식멸균기 (Dry heat sterilizer)	1대 이상	온도범위: 40~200℃ 가능
광학현미경(Microscope)	1대 이상	접안렌즈: ×10 대물렌즈: 최소 ×10, ×20(또는 25), ×40, ×100
초저온냉동고(Ultra-low temperature freezers)	1대 이상	온도범위: 최대 -70℃

장비명	보유수량	규격
냉동고(Freezer)	2대 이상	온도범위: 최대 -18℃
냉장고(Refrigerator)	2대 이상	온도범위: 0℃~4℃ 가능
무균대(Clean bench)	1대 이상	순수성: Class 100 필터: HEPA, 0.3 micron 99.7% 풍속: 0.3~0.6 m/s UV램프: 장착
증류수제조기 (Water distillation system)	1대 이상	필터: RO membrane 제조량: 최소 4 L/h
조직분쇄기 (Crushers or pulverisers)	1대 이상	○ 구분: 블렌더 방식 또는 Bid 방식 - 블렌더: 핸드타입, 0~20,000 rpm 속도 조절 Dispesring tool 교체식 - Bid: 24×2.0 mL, 3000 RPM
분석용전자저울 (Analytical balance)	1대 이상	표시방식: 디지털, 소수점 아래 2자리 측정범위: 100~2,000g 가능
분석용 미량전자저울 (Analytical Microbalance)	1대 이상	표시방식: 디지털, 소수점 아래 3자리 측정범위: 0.1~200g 가능