

[별표 2]

환경유해인자 시험·검사기관 지정신청에 따른 세부평가기준(제6조2항 관련)

1. 과학원장은 지정신청서가 적정하게 제출·보완 되었을 경우, 기술자문위원회 위원 중 전문가 2인 이내로 현지평가위원은 선임하고, 현지평가위원은 지정신청서와 관련 제출 자료를 가지고 현지를 방문하여 별지 제2호 서식의 “환경유해인자 시험·검사 능력 평가표”에 따라 평가한다.
2. 운영관리 평가는 담당공무원이 별지 제3호 서식의 “환경유해인자 시험·검사기관 운영관리 평가표”에 따라 기술인력, 보유 시설, 측정분석 장비, 표준물질 및 시약(유리기구) 관리, 자료의 보관 및 관리에 관한 사항 등으로 구분하여 평가한다.
3. 분야별 평가 적합기준은 70점 이상이며, 현지평가위원 한사람이라도 부적합 판정을 하였을 경우 부적합으로 평가한다.
4. 담당공무원은 별지 제1호 및 제2호 서식에 따라 평가한 분야별로 평가결과를 취합하여, 별지 제3호 서식의 “현지평가 보고서”를 작성, 과학원장에게 제출한다.
5. 과학원장은 현지평가 결과 보완사항이 있을 경우에는 신청자에게 즉시 요구하여야 하며, 신청자는 14일 이내에 보완내용을 이행하고, 그 결과를 제출하여야 한다. 단, 14일 이내에 보완을 완료할 수 없는 경우 과학원장에 그 사유를 제출하고 승인을 받아 1회에 한하여 연장 할 수 있다.
6. 과학원장은 현지평가 보고서의 결과가 모두 적합하고, 보완 요구사항에 대한 보완이 완료되었다고 판정되었을 경우 환경유해인자 시험·검사기관 지정을 승인하고 신청자에게 그 결과를 통보한다.