

고위험약품 및 준위험약품의 보관

1. 폭발성 물질

- (1) 화염, 불꽃 등 점화원의 접근을 차단하고 가열, 충격, 타격, 마찰 등을 피한다.
- (2) 직사광선을 차단하고, 습기에 주의하며 통풍이 양호한 서늘한 곳에 저장한다.
- (3) 강산화제, 강산류, 기타물질이 혼입되지 않도록 한다.
- (4) 가급적 적은 양으로 나누어 저장하고 용기의 파손 및 위험물의 누출을 방지한다.

2. 발화성 물질

- (1) 저장용기는 밀폐하여 공기와의 접촉을 방지하고, 수분의 침투를 금한다.
- (2) 산화성 물질과 강산류와의 혼합을 막아야 한다.
- (3) 용기는 금속제의 견고한 것을 이용하고, 파손되거나 용기가 가열되지 않도록 한다.
- (4) 종류를 달리하는 위험물과 동일한 저장소에 저장해서는 안 된다.
- (5) 저장 또는 취급 장소는 부식성 가스가 발생하는 장소, 습도가 높은 장소, 빗물이 침투되는 장소 및 습지대를 피한다.
- (6) 다른 위험물, 수용액, 함습물, 흡습성 물질, 수용성 위험물 또는 결정수를 가진 염류 등과의 저장을 피한다.
- (7) 자연발화 위험성이 있는 물질은 불티, 불꽃 또는 고온체와의 접근을 막는다.

3. 산화성 물질

- (1) 화기 및 분해를 촉진하는 물품을 엄금하고, 직사광선을 차단하며, 가열을 피하고 강환원제, 유기물질, 가연성 위험물과의 접촉을 피한다.
- (2) 염기 및 물과의 접촉을 피한다.
- (3) 용기는 내산성의 것을 사용하고 용기의 파손방지, 누출방지, 용기변형 방지에 주의한다.
- (4) 강산화성 고체와의 혼합, 접촉을 방지한다.
- (5) 종류를 달리하는 위험물과는 동일한 저장소 내에 저장하여서는 안 된다.

4. 인화성 액체

- (1) 불꽃, 스파크, 고온체 등과의 접근 또는 과열을 피한다.
- (2) 용기는 완전밀폐해서 서늘한 장소에 저장한다.
- (3) 취급 시 증기의 발생이 있는 경우에는 충분한 통풍, 환기를 행한다.
- (4) 가연성 증기가 체류하는 장소에서는 스파크를 발생하는 기계기구 등을 사용하지 않으며, 전기설비는 방폭형의 것을 사용한다.
- (5) 유독한 증기를 발생하는 것은 특별히 주의하여야 한다.