

광대역 속도지진센서의 성능·규격(제5조제1항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
광대역 속도지진센서	성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
	주파수 영역	0.0083 ~ 40 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답 반응을 유지해야 함
	동적범위	130 dB 이상
	민감도 (Sensitivity)	1,000 Vs/m 이상
	센서 신호출력	차동출력방식이어야 하며, 출력전압은 ± 20 V 이내로 지진기록계의 최대입력 전압으로 설정이 가능해야 함
	검증 (Calibration)	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력 은 90 % 이상의 정확도를 유지해야 함
	센서 중심화 (Mass Centering)	3축 성분의 중심축이 중앙에 위치할 수 있도록 제 어 가능해야 함