

가속도지진센서의 성능·규격(제5조제3항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
가속도 지진센서	성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
	주파수 영역	DC ~ 50 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답 반응을 유지해야 함
	동적범위	120 dB 이상
	민감도 (Sensitivity)	측정범위와 출력전압에 따른 민감도가 제시돼야 함
	측정범위(Full Scale)	± 2.0 g, ± 1.0 g, ± 0.5 g 등 측정범위를 사용자가 선택 가능해야 함
	출력전압 선형성 오차	측정범위(Full Scale)별 이론적인 출력전압과 측정된 출력전압의 차이가 이론적인 출력전압 값의 1 % 이하 여야 함
	센서 신호출력	차동출력방식이어야 하며, 출력전압은 ± 20 V 이내 로 지진기록계의 최대입력 전압으로 설정이 가능해야 함
	검증(Calibration)	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력 은 90 % 이상의 정확도를 유지해야 함
	영점조정 (Offset)	영점조정(Offset)이 가능해야 함