

지진기록계의 성능·규격(제6조제3항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
지진 기록계	동적범위	관측센서의 동적범위(130 dB) 이상
	입력전압 범위	±20 V 이내에서 선택에 따라 변경이 가능해야 함
	아날로그-디지털 변환(AD Converter)	24 bit 이상
	자료취득	100 회/초를 포함하여 200 회/초, 20 회/초, 1 회/초 중의 하나 이상이 동시에 다중샘플링돼야 하며, 샘플 횟수 설정이 가능해야 함
	센서 검증	관측센서의 검증코일을 이용한 센서 응답 검증이 가 능 해야 함
	소프트웨어	다중작업(Multi-tasking), 펌웨어(핵심 소프트웨어를 하드웨어화 한 것) 업그레이드가 가능해야 함
	연속 관측자료	최소 7일 이상 연속 자료 저장에 가능해야 함
	시각오차	5 ms 이내(GPS 보정 가능)
	실시간 자료 전송 (Protocol)	취득자료를 압축 없이 SEEDlink, earthworm, CD1.1 등으로 매초마다 여러 곳에 실시간 전송 가능해야 함
	자료저장 형식 (Format)	범용자료구조형식인 mini-SEED, SAC, GCF, SEG-Y, GSMS 중 하나로 저장돼야 함 (다만, 범용자료구조형식이 아닌 경우 데이터 수신, 해 독, 변환에 대한 구체적인 방법을 제공해야 함)