

수문조사시설의 점검시 조치사항(제11조 관련)

1. 주변환경에 대한 조치

수문조사시설의 점검 시 주변환경에 의한 영향으로 이상이 발생한 경우에는 법 제16조에 따라 이를 즉시 개선하여야 한다.

2. 관측기기에 대한 조치

가. 수문조사시설의 점검 시 관측기기의 이상이 발견되었을 경우에는 관측기기의 수리, 보완 및 교체를 신속히 수행하여야 한다.

나. 관측기기의 수리, 보완 및 교체에 장시간 소요될 경우에는 수문자료의 결측을 최소화하기 위하여 예비 관측기기를 그 기간 동안 한시적으로 설치·운영하여야 한다.

다. 관측기기의 수리, 보완에 따라 관측 정확도에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우에는 수문조사기기의 검정을 받아야 한다.

3. 예비 관측기기 조건

가. 강수량계 : 자기우설량계

나. 수위계 : 자기수위계

다. 토양수분량 및 증발산량계 : 기존의 관측기기와 동일한 기준

라. 수문조사기기의 검정에 합격한 것