

비정상자동측정자료 선별기준(제12조제2항 관련)

자료구분	선 별 기 준	판정근거서류	비정상자료 처리기간
1.측정기기 개선기간중 측정자료	-법 제38조의4에 따른 조치명령을 받은 측정기기의 측정자료	-조치명령 문서 -조치명령 이행보고서	-조치명령 사유 발생일부터 이행완료일까지 단, 자료구분 제3호,제4호, 제,9호와 관련된 경우, 조치명령이행일로부터 이행완료일까지
	-영 제40조제1항의 규정에 의하여 측정기기 개선을 위해 개선계획서를 제출한 측정기기의 측정자료	-개선계획서 -개선완료보고서	-개선에 따른 측정기기 비정상운영시작일로부터 개선완료일까지(개선기간)
2.정도검사 기간 중의 측정자료	-정도검사 기간 중 측정자료	-정도검사 성적서	-정도검사 시작일부터 종료일까지(검사 기간)
3.정도검사 부적합 또는 미 실시 측정기기의 측정자료	-정도검사에서 부적합 판정을 받은 측정기기의 측정자료	-정도검사 성적서	-부적합 판정된 정도검사일부터 차후 적합 판정 정도검사일까지
	-정도검사를 받지 아니한 측정기기의 측정자료	-정도검사 성적서	-검사 유효기간 만료일부터 적합 판정 정도검사일까지
4.통합시험 또는 정도확인시험 결과 부적합한 경우의 측정자료	-관계센터에서 실시한 통합시험 또는 정도확인시험에 부적합 판정을 받은 측정기기의 측정자료	-통합시험 또는 정도확인시험 결과서	-개선완료일 이후부터 부적합 사항 조치완료일까지
5.장비 점검기간중의 측정자료	-시·도지사등 또는 관계센터에서 점검하는 측정기기의 측정자료	-현장시험확인서 등 관련 공문서	-확인검사 등 점검시간
6.상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “일시정지”, “통신불량”)표시 기간 중 측정자료	-상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “일시정지”, “통신불량”)가 표시된 측정기기의 측정자료	-개선사유서 -상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “일시정지”, “통신불량”) 표시 기간	-상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “일시정지”, “통신불량”) 표시 기간
7.상태정보(“유량없음”) 표시 기간 중 측정자료	-상태정보(“유량없음”)가 표시된 측정기기의 측정자료	-개선사유서 -상태정보(“유량없음”)	-상태정보(“유량없음”) 표시 기간
8.관계센터에서 비정상자동측정자료로 판정한 경우	-관계센터(또는 기술검토위원회)가 비정상자동측정자료로 판정한 자료	-개선사유서 -관계센터 또는 기술검토위원회 판정 또는 심의자료	-비정상자동측정자료로 판정된 기간
9. 지도·점검시 실시한 상대정확도시험 결과 부적합한 경우의 측정자료	-시·도지사등이 지도·점검시 실시한 상대정확도시험에 부적합 판정을 받은 측정기기의 측정자료	-지도점검 상대정확도시험 결과서	-부적합 판정 시험일부터 명령이행(개선)시작일 전까지

비고

1. 위 표 제8호의 관계센터에서 비정상자동측정자료로 판정하는 경우는 다음 사항과 같다.
 - 가. 순간정전 직후 측정기기의 재가동 시 자료가 급격히 변하는 경우
 - 나. 천둥, 번개, 낙뢰, 집중호우 등의 자연현상으로 인하여 측정기기의 이상이 발생하는 경우
 - 다. 측정기기 고유특성에서 벗어나 자동측정자료가 급격히 변하는 경우
 - 라. 관계센터로 전송되는 과정에서 전산망의 이상 등으로 비정상적으로 수집된 자료 또는 미수신된 자료
 - 마. 그 밖에 관계센터에서 자동측정자료에 이상이 있다고 인정하는 자료