

[별표 1]

우수실험실 운영규정(제3조 관련)

1. 목적

이 규정은 제3조에 따른 시험기관에서 행해지는 시험의 계획·실행·점검·기록·보고되는 체계적인 과정과 이와 관련된 전반적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 범위

이 규정은 화학물질 등의 성질에 대한 시험이나 인간건강과 환경 안전성에 대한 비임상시험에 적용할 수 있다. 시험물질은 주로 합성화학물질이나 자연 또는 생물에 근원을 두는 물질이거나 생물 그 자체일 수도 있다. 이 경우 시험은 주로 실험실 내에서 이루어지나 온실 또는 야외에서 실시될 수도 있다.

3. 용어의 정의

가. 우수실험실 운영규정(GLP)

시험기관에서 행해지는 시험의 계획·실행·점검·기록·보고되는 체계적인 과정과 이와 관련된 전반적인 사항을 규정한 것으로 경제협력개발기구(이하 "OECD"라 한다)에서 정한 GLP를 원칙으로 한다.

나. 시험기관의 조직과 관련된 용어

- 1) "시험기관(Test facility)"이란 시험물질의 성질에 대한 시험이나 인간건강과 환경 안전성에 대한 비임상시험을 실시하는데 필요한 사람, 건물, 시설 및 운영단위(들)를 의미한다. 두개 이상의 장소에서 시험이 수행되는 다지점시험의 시험기관은 시험책임자가 있는 장소와 모든 각각의 시험장소로 구성되는데 이는 각기 혹은 집합적 시험기관으로 간주될 수 있다.
- 2) "시험장소(Test site)"란 다지점시험과 관련하여 각 단위시험이 실시되는 장소를 말한다.
- 3) "운영책임자(Test facility management)"란 시험기관의 조직 및 기능에 대한 권한과 공식적인 책무를 가진 자를 말한다.
- 4) "다지점시험장소 운영책임자(Test site management)"란 다지점시험의 시험장소에서 단위시험이 GLP에 따라 수행되도록 할 책임을 가진 자를 말한다.
- 5) "시험의뢰자(Sponsor)"란 시험기관에 시험을 의뢰하는 자를 말한다.
- 6) "시험책임자(Study director)"란 해당 시험의 운영·실시에 관하여 전반적인 책임을 가진 자를 말한다.

- 7) "주임시험자(Principal investigator)"란 다지점시험에서 시험책임자를 대신하여 활동하고, 시험책임자로부터 위임받은 사항에 대해 책임지는 자를 말한다. 시험계획서 및 시험계획서 변경안의 승인, 최종보고서의 승인 및 GLP 준수여부 등 시험실시 전반에 대한 시험책임자의 책임을 주임시험자에게 위임할 수 없다.
- 8) "신뢰성보증업무(Quality assurance programme)"란 시험결과의 신뢰성을 확인하기 위해 운영책임자가 지명하는 자에 의하여 이루어지는 해당 시험 및 시설에 대한 점검과 그 밖의 관련 업무를 말한다.
- 9) "표준작업지침서(Standard operating procedures)"란 시험계획서나 시험지침에 상세하게 기록되어 있지 않는 실험조작, 기기 정비 또는 점검 등의 실시 방법이나 순서를 기술해 놓은 문서를 말한다.
- 10) "시험일정총괄표(Master schedule)"란 시험기관에서 각 시험과정들을 추적 조사하고, 업무량 평가에 필요한 정보를 파악할 수 있도록 마련한 전체 시험계획표를 말한다.

다. 화학물질 등의 성질이나 인간건강과 환경 안전성에 대한 비임상시험과 관계된 용어

- 1) "화학물질 등의 성질이나 인간건강과 환경 안전성에 대한 비임상시험(이하 "시험"이라 한다)"이란 해당물질을 관리하는 관계 중앙행정기관의 장에게 필요한 자료를 제출할 목적으로 시험물질의 특성 혹은 안전성에 관계된 자료를 얻기 위하여 실험실이나 온실 또는 야외에서 수행된 일련의 실험을 말한다.
- 2) "시험계획서(Study plan)"란 시험기관에서 각각의 시험에 대한 목적, 방법, 범위 및 실험계획을 기술해 놓은 문서를 말하며 모든 변경사항도 포함한다.
- 3) "시험계획서의 변경(Study plan amendment)"이란 시험개시일 이후에 시험계획서를 의도적으로 수정하는 것을 말한다.
- 4) "시험계획서의 이탈(Study plan deviation)"이란 시험이 시작된 이후에 시험계획서로부터 비의도적으로 벗어나는 것을 의미한다.
- 5) "시험계(Test system)"란 시험에 이용되는 동물, 식물, 미생물과 물리적·화학적 매체 또는 이들의 구성성분으로 이루어지는 것을 말한다.
- 6) "시험 기초자료(Raw data)"란 시험의 관찰이나 과정을 기록한 시험기관의 기록이나 문서 또는 그 복사본을 말한다. 시험기초자료에는 사진, 마이크로필름 또는 마이크로피시카피, 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 관찰기록, 자동기기로부터의 출력자료, 실험종료일까지 정보를 확실하게 보관할 수 있다고 인정받고 있는 기타 자료 저장 매체가 포함될 수 있다.
- 7) "검체(Specimen)"란 검사나 분석 또는 보관하기 위하여 시험계로부터 얻어진 것을 말한다.
- 8) "시험개시일(Study initiation date)"이란 시험책임자가 시험계획서에 서명한 날을 말한다.

- 9) "실험개시일(Experimental starting date)"이란 시험특유 자료가 처음으로 수집된 날을 말한다.
- 10) "실험종료일(Experimental completion date)"이란 시험으로부터 자료가 직접 수집된 마지막 날을 말한다.
- 11) "시험종료일(Study completion date)"이란 시험책임자가 최종보고서에 서명한 날을 말한다.

라. 시험물질과 관계된 용어

- 1) "시험물질(Test item)"이란 시험의 대상이 된 물질을 말한다.
- 2) "대조물질(Reference item / Control item)"이란 시험물질과 비교할 목적으로 시험에 사용되는 물질을 말한다.
- 3) "제조단위(Batch)"란 균질성을 갖도록 설계되고, 동일한 제조공정으로 만들어진 시험물질 또는 대조물질의 특정 양 또는 로트를 말한다.
- 4) "부형제(Vehicle)"란 시험물질 또는 대조물질이 시험계에 용이하게 적용되도록 혼합, 분산, 용해시키는데 이용되는 물질을 말한다.

4. 조직과 인원

가. 운영책임자의 책무

- 1) 운영책임자는 우수실험실 운영규정이 시험기관 내에서 적용되도록 한다.
- 2) 운영책임자의 기본 책무는 다음과 같다.
 - 가) 운영책임자는 시험기관에 소속된 자로 우수실험실 운영규정에 명시된 운영의 책무를 성실히 수행하고 있음을 보증할 수 있는 진술서를 작성한다.
 - 다) 전문성과 기술을 가진 인원의 자격, 훈련, 경험, 업무분장에 대한 기록을 관리유지 한다.
 - 라) 각각의 시험담당자들이 수행해야 하는 업무를 명확하게 이해할 수 있도록 조치하고, 이들의 업무와 관련된 훈련을 실시한다.
 - 마) 표준작업지침서가 기술적으로 타당하게 작성되고, 준수되고 있는지를 확인한다. 또한 모든 표준작업지침서의 제정, 개정 및 폐기를 승인한다.
 - 바) 신뢰정보증업무는 지정된 담당자에 의해 우수실험실 운영규정에 따라 실시되도록 한다.
 - 사) 각 시험 마다 시험을 실시하기 전에 적절한 자격, 훈련, 경험 등을 갖춘 자를 시험책임자로 임명한다. 시험책임자를 교체할 경우에는 시험기관에서 마련한 절차에 따라 교체하고, 문서화해야 한다.
 - 아) 다지점시험에서 주임시험자를 임명할 경우 다지점시험 운영책임자와 협의하여 자격과 경험이 충분한 자를 임명하여야 한다. 주임시험자를 교체할 경우에는 시험기관에서 마련한 절차에 따라 교체하고, 문서화해야 한다.

자) 시험계획서는 시험책임자에 의해 승인되도록 한다.

차) 신뢰성보증업무 담당자가 시험책임자에 의해 승인된 시험계획서를 이용할 수 있도록 한다.

카) 모든 표준작업지침서가 보관되도록 한다.

타) 자료의 보관 및 관리를 위하여 자료보관책임자를 정해야 한다.

파) 시험일정총괄표가 작성되고, 유지되도록 한다.

하) 시험용도에 적합한 물품이 시험기관에 공급되도록 한다.

가) 다지점시험의 경우에는 시험책임자, 주임시험자, 신뢰성 보증업무 담당자 및 시험담당자 간에 명확한 의사전달 수단이 마련되도록 한다.

나) 시험물질과 대조물질의 특성이 정확하게 파악되도록 한다.

다) 컴퓨터 시스템이 우수실험실 운영규정에 따라 검증, 작동, 유지되고 있는 지를 확인할 수 있는 절차를 마련한다.

라) 다지점시험의 경우 지정된 다지점시험장소 운영책임자는 2)의사), 자), 차) 및 가)을 제외한 책무를 수행하도록 한다.

나. 시험책임자의 책무

1) 시험책임자는 시험관리자로서 그 시험의 전반적인 실시와 최종보고서에 대해 책임을 진다.

2) 시험책임자의 기본 책무는 다음과 같다.

가) 시험계획서와 변경된 시험계획서를 날짜를 기재하고, 서명함으로써 승인한다.

나) 신뢰성보증업무 담당자가 시험계획서와 변경된 시험계획서의 사본을 적절한 시기에 보유할 수 있도록 한다. 시험수행 중에 신뢰성보증업무 담당자와 효과적으로 의사소통을 하여야 한다.

다) 시험담당자가 시험계획서와 변경된 시험계획서, 표준작업지침서를 이용할 수 있도록 한다.

라) 다지점시험의 경우 시험계획서와 최종보고서에 주임시험자의 역할, 시험을 실시하는 시험장소 및 시험기관 등을 명시 한다.

마) 시험계획서에 규정된 절차가 준수되고 있는지를 확인한다. 시험계획서로부터의 이탈이 시험의 신뢰성과 완전성에 미치는 영향에 대한 평가결과를 기록하고, 필요시 적절한 조치를 취해야 한다. 시험실시 중에 표준작업지침서로부터의 이탈여부를 확인한다.

바) 생성된 모든 시험 기초자료가 문서화되어 기록되고 있는지를 확인한다.

사) 시험에 이용된 컴퓨터시스템의 유효성을 확인한다.

아) 자료의 정당성에 대해 책임진다. 또한 시험이 우수실험실 운영규정에 따라 수행되었음을 확인하기 위하여 최종보고서에 서명하고, 날짜를 기입한다.

자) 시험종료 후에 시험계획서, 최종보고서, 시험기초자료, 검체 및 시험과 관련된

자료를 자료보관실로 이관한다.

다. 주임시험자의 책무

주임시험자는 위임받은 각 시험 단계가 우수실험실 운영규정에 따라 실시되도록 한다.

라. 시험담당자의 책무

- 1) 시험의 실시에 관련된 모든 시험담당자는 시험에 관련된 해당 GLP 조항을 숙지한다.
- 2) 시험담당자는 시험계획서와 그 시험과 관련된 표준작업지침서를 검토하여야 한다. 시험담당자는 이러한 문서에서 지시한 내용을 따라야 하며 이탈이 발생할 경우 문서상으로 기록하고, 시험책임자 또는 주임시험자에게 직접 알려야 한다.
- 3) 시험담당자는 시험기초자료를 GLP에 따라 신속·정확하게 기록하고, 그 시험기초자료의 신뢰성에 책임을 진다.
- 4) 시험담당자는 자신에 대한 위해성을 최소화하고, 시험의 완전성을 확보하기 위하여 개인의 건강유지에 주의해야 한다. 또한 자신의 건강상태를 시험책임자 등에게 알리고, 시험에 영향을 줄 수 있는 과정에서 배제되도록 한다.

5. 신뢰성보증업무

가. 일반사항

- 1) 시험기관은 우수실험실 운영규정에 따라 시험을 실시했다는 것을 증명하기 위하여 신뢰성보증업무 수행 내용과 결과를 문서화한다.
- 2) 운영책임자는 그 시험의 절차에 익숙한 자를 신뢰성보증업무 담당자로 임명하여 관련 업무를 수행하도록 한다. 신뢰성보증업무 담당자는 운영책임자의 관리를 따라야 한다.
- 3) 신뢰성보증업무 담당자는 자신이 관리(보증)해야 할 시험에 참여할 수 없다.

나. 신뢰성보증업무 담당자의 책무

- 1) 시험기관에서 승인된 모든 시험계획서와 표준작업지침서의 사본을 유지하며 최신의 시험일정총괄표 사본을 보유한다.
- 2) GLP준수를 위해 필요한 사항이 시험계획서, 표준작업지침서 등에 포함되어 있는지를 확인하고, 그 결과를 문서화한다.
- 3) 모든 시험이 GLP에 따라 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 점검을 실시한다. 점검결과를 토대로 시험담당자들이 시험계획서와 표준작업수순서에 따라 시험하고 있는지를 판단하고, 그 결과를 기록하여야 한다. 점검은 신뢰성보증업무 표준작업지침서에 따라 다음 세 가지로 분류할 수 있다.
 - 시험위주의 점검
 - 시설위주의 점검

- 수행절차의 점검

- 4) 시험방법, 시험절차, 관찰결과가 정확하고 완전하게 서술되고 있는지, 보고서에 기재된 결과가 시험기초자료를 정확하고 완전하게 반영하고 있는지를 확인하기 위하여 최종보고서를 점검하여야 한다.
- 5) 점검결과는 운영책임자, 시험책임자, 주임시험자 및 관련된 책임자에게 신속하게 문서로 보고하여야 한다.
- 6) 신뢰성보증확인서를 작성하고, 서명한다. 신뢰성보증확인서에는 점검을 수행한 시험의 단계, 점검날짜, 점검의 종류 및 운영책임자·시험책임자·주임시험자에게 보고한 날짜 등이 포함되어야 한다. 서명된 신뢰성보증확인서는 최종보고서가 시험기초 자료를 반영하고 있다는 것을 증명하는 것으로 최종보고서에 포함되어야 한다.

6. 시설

가. 일반사항

- 1) 시험시설은 시험의 신뢰성에 영향을 주는 간섭을 최소화하며 연구에 필요한 사항이 충족되도록 적절한 크기, 구조 및 배치를 갖추어야 한다.
- 2) 시험시설은 여러 구역이 적절하게 분리되어 각각의 시험이 적절하게 실시될 수 있도록 설계되어야 한다.

나. 시험계의 시설

- 1) 시험기관은 생물학적 위해성이 의심되거나 알려진 물질 또는 생물을 포함하여 개개의 시험계 및 프로젝트를 적절히 분리하기 위한 충분한 수의 실 또는 구역을 갖추어야 한다.
- 2) 시험계가 허용치 이상의 장애를 받지 않도록 질병의 진단, 치료 및 제어를 위한 적절한 실 또는 구역을 갖추어야 한다.
- 3) 시험물품이나 장비를 보관하기 위한 보관실이나 보관구역이 있어야 한다. 보관실이나 보관구역은 시험계를 수용하고 있는 실 또는 구역으로부터 격리되고, 감염, 오염 및 품질저하를 방지하기 위한 적절한 보호장치를 갖추고 있어야 한다.
- 4) 생물을 이용하여 시험을 실시하는 시험기관은 생물을 적절하게 사육하고 관리하기 위한 시설, 사료, 보급품 등을 보관하는 공급시설 및 기타 필요한 시설을 보유하여야 한다.

다. 시험물질 및 대조물질의 취급시설

- 1) 오염이나 혼동을 방지하기 위하여 시험물질과 대조물질의 수령, 보관 및 부형제와 시험물질의 혼합을 위한 분리된 실 또는 구역을 마련해야 한다.
- 2) 시험물질 등을 보관하는 실이나 구역은 시험계를 수용하고 있는 실 또는 구역으로부터 분리되어야 한다. 또한 시험물질 등의 동일성, 농도, 순도 및 안정성을 유

지하고, 유해물질을 안전하게 보관할 수 있는 조건을 갖추어야 한다.

라. 시험작업구역

시험기관은 혈액검사, 병리검사, 수술, 부검 등 시험실시에 따른 각종 작업을 수행하는데 필요한 분리된 작업구역을 갖추어야 한다.

마. 자료보관실

자료보관실은 시험계획서, 시험기초자료, 최종보고서, 시험물질 샘플 및 검체의 보관과 검색을 위하여 갖추어야 하며 보관물이 보관기간 중에 손상되지 않도록 설계되고 관리되어야 한다.

바. 폐기물처리

폐기물의 취급과 처리는 시험의 완전성을 손상하지 않도록 수행되어야 한다. 폐기물 수집, 보관 및 처리시설, 오염방지, 운반절차 등의 방침을 마련하여야 한다.

7. 기기, 재료, 시약

가. 자료의 작성, 보관 및 검색에 사용되거나 시험환경조건의 제어에 사용되는 검증된 컴퓨터시스템 등의 기기는 적합하게 배치되고, 적합한 설계와 충분한 처리능력을 갖추어야 한다.

나. 시험에 이용되는 기기는 표준작업지침서에 따라 정기적으로 점검, 청소, 보수, 교정되어야 하며 작업 기록은 유지·보존되어야 한다. 시험기기의 교정은 국내 또는 국제적인 기준에 따라야 실시되어야 한다.

다. 시험에 이용되는 기기와 재료는 시험계에 악영향을 주어서는 안 된다.

라. 화학물질, 시약 및 용액은 식별이 용이하게 관리하고, 농도를 포함하여 유효기한과 보관조건이 표시되어야 한다. 또한 공급처, 조제일, 안정성에 관련된 정보는 사용자가 이용할 수 있도록 해야 한다. 유효기한은 문서화된 평가나 분석 자료에 근거하여 연장될 수 있다.

8. 시험계

가. 물리적/화학적 시험계

- 1) 물리적/화학적 시험자료 작성을 위하여 사용되는 기기는 적합하게 배치되고, 적합한 설계와 충분한 처리능력을 갖추어야 한다.
- 2) 물리적/화학적 시험계는 완전성이 확보되어야 한다.

나. 생물학적 시험계

- 1) 생물학적 시험계는 자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 보관, 취급 및 사육에 대한 적합한 조건을 규정하고, 이를 유지·관리하여야 한다.
- 2) 새로이 도입된 동물 및 식물의 시험계는 건강상태가 판정될 때까지 격리되어야 한다. 질병이나 사망이 발생한 경우 해당 로트는 시험에 사용될 수 없으며 인도적

인 방법으로 폐기해야 한다. 시험계는 실험개시일에 시험의 목적과 실시에 지장을 초래할 수 있는 질병이나 기타 사항 등이 없어야 한다. 시험 진행 중에 발병하거나 손상을 입은 시험계는 시험의 완전성을 유지하는데 영향을 줄 수 있다고 판단될 경우 격리시키거나 치료받도록 한다. 시험 전이나 진행 중에 이루어진 질병의 진단이나 치료는 기록되어야 한다.

- 3) 시험계의 공급처, 도착날짜, 도착시의 상태 등은 기록·보관되어야 한다.
- 4) 생물학적 시험계는 시험물질이나 대조물질의 첫 번째 투여 또는 시험 전에 일정 기간 시험환경에서 순화되어야 한다.
- 5) 시험계의 식별에 필요한 모든 정보는 사육장소나 사육장에 명기되어 있어야 한다. 시험 중에 사육장소나 사육장으로부터 이동되는 개개의 시험계는 명확하게 식별되도록 한다.
- 6) 시험기간 중 시험계의 사육장소나 사육장은 적절한 주기로 청소와 소독을 해야 한다. 시험계와 접촉하는 재료(예 : 사료, 물, 깔짚 등)는 시험에 영향을 미칠 수 있는 정도의 오염물이 없어야 한다. 깔짚은 최적의 사육 조건을 유지하기 위하여 적절히 교체하여야 한다. 살충제 등을 사용할 경우에는 기록을 유지하여야 한다.
- 7) 야외시험에 사용되는 시험계는 타 물질의 분무·비산에 의해 영향을 받지 않아야 하며 과거에 사용했던 농약의 영향을 피할 수 있는 장소에 있어야 한다.

9. 시험물질 및 대조물질

가. 수령, 취급, 샘플추출 및 보관

- 1) 시험물질 및 대조물질의 특성, 외관 및 물리화학적 성상, 수령날짜, 유효기한, 수령한 양과 시험에 이용된 양은 기록하고, 그 기록은 보관하여야 한다.
- 2) 균질성과 안정성을 확보하고 오염이나 혼동을 막기 위하여 취급, 샘플추출, 보관 절차가 마련되어야 한다.
- 3) 보관용기에는 식별에 필요한 정보, 유효기한, 특이한 보관조건 등이 기재되어야 한다.

나. 특성

- 1) 각 시험물질 및 대조물질은 코드, CAS번호, 화학물질명, 생물학적 매개변수 등을 이용하여 명확히 식별되도록 한다.
- 2) 각 시험의 시험물질 또는 대조물질은 제조번호, 순도, 조성, 농도, 기타 특성 등이 명확하게 식별되도록 한다.
- 3) 시험물질이 시험의뢰자에 의해 공급될 경우 시험물질을 명확하게 식별하기 위한 시험기관과 시험의뢰자 간의 의사전달체계가 확립되어야 한다.
- 4) 보관 및 시험조건 하에서 시험물질과 대조물질의 안정성에 관한 정보는 최대한 확보되어야 한다.

- 5) 시험물질이 부형제와 함께 투여 또는 적용되는 경우에는 해당 부형제 내에서 시험물질의 균질성, 농도와 안정성이 가능한 확인(결정)되어야 한다. 탱크 혼합물과 같이 야외시험에 사용하기 위한 시험물질은 별도의 실험실에서 시험을 통하여 균질성 등을 확인(결정)할 수 있다.
- 6) 모든 시험에 사용된 시험물질은 각 제조단위에서 분석용 샘플로 채취하여 유효성 심사 기간 동안 보관해야 한다.

10. 표준작업지침서

- 가. 시험기관은 시험자료의 신뢰성과 완전성을 확보하기 위하여 운영책임자가 승인한 문서화된 표준작업지침서를 보유하여야 한다. 표준작업지침서의 제정, 개정 및 폐기는 운영책임자의 승인을 받아야 한다.
- 나. 시험기관은 각 부서 또는 구역에서 수행하는 활동과 관련된 최신의 표준작업지침서를 언제라도 이용할 수 있도록 비치해 두어야 한다. 표준작업지침서의 보조수단으로 출판된 교과서, 분석 방법, 문헌 및 매뉴얼 등을 이용할 수 있다
- 다. 시험책임자 및 주임시험자는 시험과 관련된 표준작업지침서로부터 이탈이 발생한 경우 이를 기록하고, 숙지하여야 한다.
- 라. 표준작업지침서를 개정할 경우에는 개정 내용과 날짜를 기록하고 유지·보존하여야 한다.
- 마. 표준작업지침서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. 또한 더 많은 사항이 추가될 수 있다.
 - 1) 시험물질 및 대조물질 : 수령, 식별, 라벨링, 취급, 샘플추출, 보관
 - 2) 기기, 재료 및 시약
 - 가) 기기 : 사용, 보수, 청소 및 교정
 - 나) 컴퓨터시스템 : 검증, 조작, 보수, 보안, 변경관리 및 백업
 - 다) 재료, 시약 및 용액 : 조제와 라벨링
 - 3) 기록의 보존, 보고, 보관 및 검색 : 컴퓨터시스템의 사용을 포함하여, 시험의 코드화, 자료 수집, 보고서 작성, 검색시스템, 자료취급
- 4) 시험계
 - 가) 시험계의 사육실 관리 및 환경조건
 - 나) 시험계의 수령, 이동, 배치, 특성, 식별, 관리를 위한 절차
 - 다) 시험 전, 시험 중 및 시험 종료 시 시험계의 준비, 관찰 및 검사
 - 라) 시험기간 중 빈사상태 또는 사망한 개체의 취급
 - 마) 부검 및 조직병리검사를 포함한 검체의 수집, 식별과 취급
 - 바) 시험구역에서의 시험계의 설치 및 배치
- 5) 신뢰성보증 절차

시험의 계획·일정·실시·기록·보고에 대한 점검 시 수행할 신뢰성보증업무 담당자의 활동

11. 시험의 실시

가. 시험계획서

시험계획서는 각각의 시험개시 전에 작성되어야 한다. 시험계획서는 시험책임자가 날짜를 명시하고, 서명을 함으로써 승인된다. 또한 시험계획서는 신뢰성보증업무 담당자에 의해 GLP를 준수하고 있다는 것이 확인되어야 하고, 운영책임자와 시험의뢰자의 승인을 받아야 한다.

- 1) 시험계획서의 변경은 시험책임자가 날짜를 명시하고, 서명을 함으로써 승인된다. 또한 그 변경사항은 시험의뢰자의 확인을 받고, 당초 시험계획서와 함께 유지되어야 한다.
- 2) 시험계획서로부터 이탈된 경우 시험책임자 또는 주임시험자는 적시에 이탈내용을 인식하고, 이탈 내용, 사유 및 일자 등을 기록하여 시험 기초자료와 함께 보관하여야 한다.

나. 시험계획서의 내용

- 1) 시험의 종류, 시험물질 및 대조물질의 식별
 - 가) 서술적인 제목
 - 나) 시험 목적
 - 다) 코드 또는 명칭(IUPAC, CAS번호, 생물학적 매개변수 등)에 의한 시험물질의 식별
 - 라) 대조물질
- 2) 시험의뢰자 및 시험기관 관련 정보
 - 가) 시험의뢰자의 명칭과 주소
 - 나) 관련된 모든 시험기관과 시험장소의 명칭과 주소
 - 다) 시험책임자의 성명과 주소
 - 라) 다지점시험의 경우 주임시험자의 성명과 주소, 시험책임자가 위임하여 주임시험자가 책임을 갖는 시험의 단계
- 3) 날짜
 - 가) 시험책임자, 운영책임자 및 시험의뢰자의 서명에 의한 시험계획서의 승인일
 - 나) 예정된 실험개시일 및 실험종료일
- 4) 시험에 사용할 시험지침(기준과 방법) 또는 OECD 시험지침 등 시험방법
- 5) 기타 사항 (적용 가능한 경우)
 - 가) 시험계 선정사유
 - 나) 시험계의 특성 (예 ; 종류, 계통, 아계통, 공급원, 수량, 체중범위, 성별, 연령, 기

타의 필요한 정보)

다) 투여방법과 그 선택이유

라) 투여용량 또는 농도, 투여횟수, 투여 또는 적용기간

마) 시험의 경시적 순서, 모든 방법, 시험재료 및 조건, 분석 유형 및 빈도, 측정, 실시된 검사 및 관찰, 사용된 통계학적방법을 포함하여 시험계획과 관련된 상세한 정보

6) 기록

보관해야할 문서목록

다. 시험의 실시

- 1) 각 시험마다 고유의 식별기호를 사용하여야 한다. 식별기호는 시험과정에서 모든 자료나 검체에 공통적으로 사용되어야 하고, 시험 중에 채취한 검체는 그 기원을 알 수 있도록 해야 한다.
- 2) 시험은 시험계획서에 따라 실시하여야 한다.
- 3) 시험 실시 중에 생성된 모든 자료는 입력담당자가 직접, 신속, 정확, 명료하게 기록하여야 한다. 이 기록에는 서명이나 개인의 약어와 날짜가 명시되어야 한다.
- 4) 시험 기초자료를 변경할 경우 이전 기록을 명확하게 확인할 수 있도록 변경하여야 한다. 또한 변경 사유를 명확하게 기재하고, 변경하는 담당자의 서명이나 약어와 날짜를 기재하여야 한다.
- 5) 컴퓨터에 직접 입력함으로써 생성된 자료는 자료를 직접 입력하는 책임을 가진 자가 입력 시 확인하여야 한다. 컴퓨터시스템의 자료를 변경할 경우 이전 자료를 명확하게 확인할 수 있도록 변경해야 하며 자료 변경과 관련된 모든 사실을 알 수 있도록 설계되어야 한다. 또한 모든 변경사실 및 이유에 날짜나 (전자)서명 등을 사용함으로써 변경한 자와 변경내용을 연계시켜 확인할 수 있도록 하여야 한다.

12. 시험결과의 보고

가. 일반사항

- 1) 시험마다 최종보고서가 작성되어야 한다.
- 2) 시험에 참여한 주임시험자나 전문가가 작성한 보고서에는 이들의 서명과 날짜가 기입되어야 한다.
- 3) 최종보고서는 자료의 정당성에 대한 책임을 분명히 하기 위해 시험책임자가 서명하고, 날짜가 명기되어야 한다. 또한 GLP 준수의 내용도 명시되어야 한다.
- 4) 최종보고서에 대한 정정 및 추가는 개정의 형식으로 이루어져야 한다. 이 경우 정정이나 추가의 사유가 명확하게 기재되어야 하며 시험책임자가 서명하고, 날짜를 명기하여야 한다.
- 5) 등록을 위해 최종보고서를 편집하여 제출하는 경우는 명시되어 있는 내용에 대한

정정, 추가 또는 개정을 해서는 안 된다. 다만 등록심사를 담당하는 평가부서 요청에 의해 최종보고서를 편집하여 제출하는 경우는 제외한다.

나. 최종보고서의 내용

1) 시험, 시험물질 및 대조물질의 식별

가) 표제

나) 코드 또는 명칭(IUPAC, CAS번호, 생물학적 매개변수)에 따른 시험물질의 식별

다) 화학물질명에 의한 대조물질의 식별

라) 순도, 안정성, 균일성을 포함한 시험물질의 특성

2) 시험의뢰자 및 시험기관과 관련된 정보

가) 시험의뢰자의 명칭과 주소, 연락처

나) 관련된 모든 시험기관과 시험장소의 명칭과 주소

다) 시험책임자의 성명과 주소

라) 다지점시험의 경우 주임시험자의 성명과 주소, 위임받은 시험의 단계

마) 최종보고서의 작성에 기여한 외부전문가의 성명과 주소

3) 날 짜

실험 개시일 및 종료일

4) 신뢰성보증확인서

신뢰성보증확인서에는 점검의 종류, 점검날짜, 점검시험단계, 점검결과, 운영책임자와 시험책임자(다지점시험의 경우 주임시험자 포함) 보고날짜 등이 포함되어야 한다. 또한 최종보고서가 시험 기초자료를 반영하고 있음을 보증하는 내용이 포함되어야 한다.

5) 시험재료와 시험방법

가) 사용한 시험방법과 시험재료

나) 시험에 사용한 시험지침(기준과 방법) 또는 OECD 시험지침

6) 결 과

가) 시험결과의 요약

나) 시험계획서에 제시된 관련 정보 및 자료

다) 통계학적 유의성 결정 및 계산과정을 포함한 결과

라) 결과의 평가와 고찰 또는 결론

7) 보 관

시험계획서, 시험물질과 대조물질의 샘플, 검체, 시험 기초자료 및 최종보고서의 보관 장소

13. 기록 및 재료의 보관과 유지

가. 화학물질 등록 등의 업무를 수행하는 관계부처에서 각각의 시험결과에 대한 신뢰

성평가를 수행할 수 있는 시점까지 다음 자료를 자료보관실에 보관하여야 한다.

- 1) 각 시험의 시험계획서, 시험 기초자료, 시험물질과 대조물질의 샘플 및 검체, 최종 보고서
- 2) 신뢰성보증업무에 의하여 실시된 모든 점검기록과 시험일정총괄표
- 3) 시험담당자의 자격, 훈련, 경험, 업무분장 기록
- 4) 기기의 보수, 교정의 기록과 보고
- 5) 컴퓨터시스템에 대한 검증기록
- 6) 과거의 모든 표준작업지침서
- 7) 환경 모니터링 기록

나. 보관기간이 정해져 있지 않은 시험재료를 폐기할 경우 폐기에 대한 기록을 모두 남겨야 한다.

다. 시험물질과 대조물질의 샘플과 검체가 불가피한 사유로 보관기간이 만료되기 전에 폐기될 경우 정당한 절차를 거쳐 기록으로 남겨져야 한다.

라. 보관된 재료 등은 색인을 붙여 질서정연하게 자료보관실에 보관하여야 한다.

마. 운영책임자가 지정한 자료보관 담당자만이 자료보관실에 출입하여야 한다.

바. 자료보관실로부터 시험재료의 반입과 반출은 상세하게 기록되어야 한다.

사. 시험기관 또는 해당 시험기관과 계약한 자료보관실이 관련 업무를 정지하고 법적 인수자도 없는 경우 보관 자료는 해당 시험을 의뢰한 시험의뢰자에게 전달해야 한다.