

[별표 3]

시험기관 평가 및 시험감사 규정(제4조 관련)

1. 이 규정은 화학물질, 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 농약 등의 비임상시험을 수행할 수 있는 시험기관의 지정을 위한 평가 및 사후관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

가. "시험기관 지정평가"란 시험기관의 지정과 관련하여 실시되는 조사단의 실태조사를 말하며 시험기관의 운영과 시험수행이 우수실험실 운영규정에 부합되는지를 평가하는 것을 말한다. 동 평가에는 지정신청서를 검토하는 사전조사, 해당 시험기관에 대한 현지조사, 시험기관의 조직·운영·시설에 대한 점검, 주요 인력에 대한 면담 등이 포함되며 시험감사도 함께 실시된다.

나. "사후관리"란 시험기관으로 지정된 기관에 대하여 우수실험실 운영규정 준수여부를 확인하는 것으로 정기평가와 시험감사를 말한다.

다. "정기평가"란 시험기관으로 지정된 기관에 대하여 지정 후 매 2년마다 우수실험실 운영규정 준수상태를 정기적으로 평가하는 것을 말한다.

라. "시험감사"란 시험기관에서 실시한 시험에 대하여 시험 기초자료의 정확성, 시험 계획서와 표준작업지침서의 준수여부, 최종 또는 중간보고서와 관계된 기록과 시험 기초자료의 비교, 최종보고서에 기재되지 아니한 부가정보 확인 등을 목적으로 실시하는 감사를 말한다.

마. "조사관"이란 시험기관의 지정평가와 사후관리 업무를 수행하는 자로서, 기후에너지환경부, 국립환경과학원, 식품의약품안전처 및 농촌진흥청 소속의 시험기관 지정 및 사후관리 업무를 수행하고 있는 공무원 또는 기후에너지환경부장관이 인정하는 관련분야 전문가를 말한다.

바. "조사단"이란 지정평가와 사후관리 업무에 참여하는 조사관의 모임을 말한다. 우수실험실 조사단은 부처간 시험기관의 상호인정과 관련하여 해당 부처 소속 조사관들 공동의 모임으로 운영될 수 있다.

사. "자문위원"이란 조사관이 시험기관 지정평가와 사후관리 업무를 수행함에 있어 기술적 자문을 받을 수 있도록 정한 조사관 외의 전문가를 말한다.

3. 시험기관 지정평가 및 정기평가

가. 일반사항

- 1) 지정평가는 화학물질 등을 등록하기 위하여 관계부처에 제출하는 시험자료를 생산하기 위한 목적으로 시험기관 지정을 신청하는 모든 시험기관에 대해 실시한다.
- 2) 정기평가는 시험기관으로 지정된 모든 시험기관에 대해 실시한다.
- 3) 지정평가 및 정기평가는 사전조사와 현지조사를 포함하며 시험감사도 함께 실시될 수 있다.
- 4) 조사관은 화학물질 등의 물리적·화학적 특성, 독성학적 성질, 약리학적 성질, 생태독성학적 성질, 분해성 및 생물농축성 등과 관련된 시험자료에 대한 신뢰성을 평가하기 위해 관련 자료를 요구할 수 있고, 자문위원의 도움도 받을 수 있다.
- 5) 조사관들은 시험기관의 정상적인 업무수행에 대한 불편을 최소화하기 위하여 해당 시험기관의 운영책임자 요청을 최대한 존중하여 지정평가 및 정기평가의 실시계획을 수립하여야 한다.
- 6) 지정평가 및 정기평가를 수행하는 조사관, 자문위원 등은 시험기관의 비밀정보, 시험결과, 상업적 가치가 있는 정보 등을 외부로 누설해서는 안된다. 조사관 등은 지정평가 및 정기평가를 받은 시험기관에서 요청할 경우 정보보호와 관련된 보안각서를 작성해야 한다.

나. 평가절차

1) 사전조사

가) 조사관은 평가대상 시험기관에 대한 필요한 정보를 사전에 알기 위하여 운영체제, 건물의 설계, 평가와 관련된 시설, 조직과 인원, 시험보고서, 시험계획서, 개입기록, 이전 평가보고서 등의 자료를 사전조사 할 수 있다. 또한 이전에 시험기관 평가가 실시되지 않은 시험기관에 대해서는 관련정보를 얻기 위해 사전에 방문을 할 수 있다.

나) 지정평가의 경우 별표2의 시험기관 지정 및 변경지정의 방법 규정에 따른 지정신청서를 검토하는 것으로 사전조사를 갈음할 수 있다.

다) 조사관은 현지조사를 나가기 전에 해당 시험기관에 현지조사의 일정, 목적, 보고해야 하는 자료 등을 미리 알려주어 현지조사에 대한 준비할 수 있도록 한다.

2) 개시회의

가) 조사관은 현지조사에 대한 타당성을 조사대상 시험기관의 경영진과 직원에게 알리고, 조사대상 시설 범위, 감사 대상 시험, 관련 문서와 관련 직원 등의 사항을 확인하기 위하여 개시회의를 개최할 수 있다.

나) 현지조사 시작 시에 실시되는 개시회의에서는 조사에 대한 세부적인 절차를 시험기관 운영진과 논의하고, 조사관은 다음과 같은 사항을 수행한다.

(1) 조사의 목적, 범위 및 일정에 대해 개괄적으로 설명을 한다.

(2) 진행 중이거나 완료된 시험의 목록, 시험계획서, 표준작업지침서, 시험보고서 등 시험기관 조사에 필요한 서류를 요구하고, 시험기관의 동의를 얻어 관련 서

류를 복사할 수 있다.

(3) 시험기관의 조직도와 직원에 대한 정보를 요청한다.

(4) 조사대상 시험기관에서 우수실험실 운영규정에 따르지 않는 시험이 있을 경우 해당 시험의 종류 및 관련 정보를 요청해야 한다.

(5) 조사대상이 되는 시설 범위를 결정한다.

(6) 감사 대상으로 선정된 완료 또는 진행 중인 시험과 관련된 서류 및 검체를 알린다.

(7) 조사 후에는 종결회의가 개최됨을 알린다.

다) 조사를 진행할 때 신뢰정보증업무담당자와 수시로 연락될 수 있도록 하고, 시설 조사 시에는 신뢰정보증업무담당자를 대동하여야 한다. 또한 문서검토와 다른 활동을 위하여 별도의 공간을 요구할 수 있다.

3) 평가대상

가) 조직과 인원

(1) 조사관은 시험기관이 자격을 갖춘 직원을 충분히 보유하고 있는지, 조직구성은 적합한지, 운영책임자는 시험기관에서 수행하는 시험에 적합하게 직원 교육과 건강관리정책을 수립했는지를 확인하여야 한다.

(2) 조사관은 운영책임자에게 시험기관의 조직과 인원에 대한 주요 정보를 파악하기 위하여 다음과 관련한 자료를 준비하도록 요청한다.

- 시험기관의 평면도
- 시험기관의 전반적 운영계획과 관련한 서류
- 시험기관의 조직도 (경영진 및 연구진 포함)
- 감사대상이 되는 시험에 참여한 직원의 개인기록
- 현재 진행 중이거나 완료된 시험의 목록 (시험의 종류, 시험 개시일 및 종료일, 시험계, 시험물질의 적용방법, 시험책임자의 성명 등의 정보 포함)
- 직원의 건강관리 정책
- 직원의 업무 분장, 직원 교육프로그램 및 교육기록
- 시험기관이 보유하고 있는 표준작업지침서 목록
- 조사 또는 시험감사의 대상이 되는 시험이나 절차와 관련된 표준작업지침서
- 시험감사의 대상이 되는 시험의 시험책임자와 시험의뢰자 명단

(3) 조사관은 다음 사항에 대하여 반드시 확인해야 한다.

- 시험기관의 업무량을 파악하기 위하여 시험기관이 수행중이거나 완료된 시험 목록
- 시험책임자, 신뢰정보증업무 담당자, 기타 직원의 신원과 자격
- 시험과 관련되는 모든 분야의 표준작업지침서 구비여부

나) 신뢰정보증업무

- (1) 조서관은 시험기관이 우수실험실 운영규정에 적합하게 시험을 수행하고 있는지를 자체적으로 점검(보증)할 수 있는 역량을 확보하고 있는가를 확인하여야 한다.
- (2) 조서관은 (1)에 명시된 사항을 확인하기 위하여 신뢰정보증업무 책임자에게 신뢰정보증업무의 체계, 방법, 기록 등을 설명하도록 요청한다.
- (3) 조서관은 시험기관의 신뢰정보증업무를 평가하기 위하여 다음사항을 확인하여야 한다.
 - 신뢰정보증업무 수행부서의 책임자 및 담당자의 자격
 - 신뢰정보증업무 수행부서와 시험에 참여하는 직원들과의 업무 독립성
 - 신뢰정보증업무 수행부서의 점검계획, 수행방법, 시험의 단계별 점검, 점검에 사용되는 자료의 종류
 - 시험실시단계별 점검의 수준
 - 일상적인 시험기관 운영에 관한 점검의 수준
 - 최종보고서와 시험 기초자료의 일치에 관한 점검 과정
 - 신뢰정보증부서에서 시험의 신뢰성과 완전성에 영향을 미칠 수 있는 문제들에 관하여 운영책임자에게 관련 보고서를 제출하고 있는지 여부
 - 시험시설이 미흡한 상태에서 시험이 실시될 경우 신뢰정보증부서의 역할
 - 시험기간이 너무 짧아 각각의 시험을 점검하는 것이 불가능할 때 취할 수 있는 점검의 형태
 - 이탈사항이 발견되었을 때 신뢰정보증부서의 조치
 - 시험의 전체 또는 일부가 계약에 의해 다른 실험실에서 수행될 때 신뢰정보증부서의 역할
 - 표준작업지침서의 검토, 개정과 관련된 신뢰정보증부서의 역할

다) 시설

- (1) 조서관은 시험시설이 시험이 수행되기에 적절한 크기, 구조 및 배치를 갖추었는지 확인한다.
- (2) 조서관은 시설의 적합성 여부를 판단하기 위하여 다음사항을 확인하여야 한다.
 - 시험물질, 실험동물, 사료, 병리학적인 검체 등이 다른 시험의 것과 혼동되지 않도록 적절하게 설계되었는지 여부
 - 시험시설의 환경관리와 모니터링 과정이 해당지역 (동물 사육실, 다른 생물학적 시험계실, 시험물질 보관구역, 실험구역)에 적합하게 설정되고 유지되는지 여부
 - 다양한 시설에 대한 전반적인 관리와 유해물(해충 등)의 관리가 적합하게 이루어지는지 여부

라) 생물학적 시험계의 관리, 사육, 통제

(1) 조서관은 시험기관이 동물이나 다른 생물학적 시험계를 사용하여 시험을 진행한다면 시험계와 시험자료의 질에 영향을 미칠 수 있는 문제를 예방하기 위하여 시험계의 관리, 사육, 통제에 적절한 시설과 환경을 제공하고 있는지 확인하여야 한다. 또한 시험기관은 시험을 진행하기 위해 다양한 종류의 동물종이나 식물종 뿐만 아니라 미생물, 세포나 아세포, 미세조직까지도 사용할 수 있으므로 사용하는 시험계의 종류에 따라 확인할 시험계의 관리, 사육, 통제 방법이 결정되어야 한다.

(2) 조서관은 다음사항을 확인하여야 한다.

- 시험계와 시험에 필요한 적당한 시설의 구비 여부
- 시험시설에 반입할 동·식물을 검역할 수 있는 체계가 갖추어져 있고 이 체계가 잘 운영되고 있는지 여부
- 병을 옮길 여지가 있다고 알려져 있거나 그럴 여지가 있는 동식물 또는 죽은 동·식물을 격리시킬 수 있는 체계가 갖추어져 있는지 여부
- 동물의 건강상태, 행동 등에 대한 모니터링과 기록보관체계
- 각각의 시험계에 필요한 환경조건을 유지하기 위한 장비
- 동물의 사육장과 선반, 탱크, 기타 사육실, 부속 장비의 청결도
- 환경조건 및 지원체계를 점검하기 위한 분석이 이루어지고 있는지 여부
- 시험계에서 배출되는 동물의 배설물과 쓰레기를 제거·처리할 시설의 구비 여부 및 이러한 시설이 해충의 번식과 냄새, 질병 및 환경오염을 최소화 할 수 있는지 여부
- 모든 시험계에 공급될 동물사료 등 먹이를 보관할 구역이 있는지 여부(동 구역은 시험물질이나 살충제, 소독약을 저장하기 위한 장소로 사용되어서는 안 되며 동물을 사육하거나 다른 생물학적 시험계를 취급·유지하기 위한 구역과도 격리되어야 한다)
- 저장된 사료와 깔짚이 부적당한 환경조건과 균 번식, 오염으로부터 안전한지 여부

마) 기기, 재료, 시약, 검체

(1) 조서관은 시험기관에서 수행되는 시험에 맞게 적절한 수량과 성능을 갖춘 기기를 사용하고 있는지와 재료, 시약 및 검체를 적합하게 표시하여 사용·보관하고 있는지 등을 확인하여야 한다.

(2) 조서관은 기기, 재료, 시약, 검체에 대해 다음사항을 확인하여야 한다.

- 기기의 청결도 및 정상적인 작동 여부
- 컴퓨터시스템을 포함하여 측정장비 및 기기 등의 작동, 보수, 교정, 검증 등의 기록
- 재료와 시약에 대한 적절한 표시 부착 및 적절한 온도에서 보관 여부, 폐기

일의 준수여부, 시약 표시와 관련된 출처, 화학적 동질성, 농도 및 관련 사항 기재 여부

- 각 검체와 관련된 시험계, 시험, 성질, 수집일의 확인 가능 여부
- 사용된 기기와 재료가 시험계를 변형시킨 사례가 있었는지 여부

바) 시험계

(1) 조사관은 시험기관에서 수행되는 시험에 필요한 물리화학계, 세포 및 미생물계, 동식물 등 각종 시험계를 취급·관리하기 위한 적합한 절차를 마련하고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

(2) 조사관은 다음 사항을 확인하여야 한다.

○ 물리·화학계

- 시험계획서에 명시된 대조물질이 사용되었고, 시험물질과 대조물질의 안정성이 확인되었는지 여부
- 자동화시스템(기록기, 컴퓨터 등)을 통해 출력된 자료(그래프, 데이터 등)가 시험 기초자료로 문서화되고, 보존되는지 여부

○ 생물학적 시험계

3)의 라)항에서 언급된 사항을 고려하여 조사관은 다음 사항을 확인하여야 한다.

- 시험계획서에 시험계가 명시되었는지 여부
- 시험 전반에 걸쳐 적합하고 동일한 시험계가 사용되었는지 여부, 시험계의 수량과 관련된 기록이 적절한지 여부, 각 시험계의 입수, 사용, 교체, 처분수량과 관련된 기록이 있는지 여부
- 시험계의 사육장이나 사육실 등이 모든 필요한 내용을 포함하여 식별되는지 여부
- 서로 다른 시험물질을 적용한 시험이 동일 동물종 또는 동일 생물학적 시험계를 이용하여 수행하는 경우 각각의 시험이 적절하게 분리되고 있는지 여부
- 동물종이나 생물학적 시험계를 공간이나 시간적인 면에서 적절하게 분리하고 있는지 여부
- 생물학적 시험계의 온도나 명암주기 등이 시험계획서나 표준작업지침서에 따라 적절하게 이루어지고 있는지 여부
- 시험계의 수량, 취급, 사육, 관리, 건강상태 등이 적절하게 이루어져 있는지 여부
- 시험에 사용되는 동·식물에 대한 검사, 검역, 격리, 이병률, 사망률, 행동인자, 진단 및 처치 등의 기록이 적절하게 유지되고 있는지 여부
- 시험 종료 후 시험계의 처분에 대한 대책이 있는지 여부

사) 시험물질 및 대조물질

(1) 조사관은 시험기관에서 시험물질 및 대조물질의 물질명, 농도, 수량, 조성 등이 관련 자료와 일치하는지를 확인하는 절차와 물질의 입수, 보관에 대한 절차가 적절한지를 확인하여야 한다.

(2) 조사관은 다음 사항을 확인하여야 한다.

- 시험물질 및 대조물질의 수령(책임자의 확인 포함), 취급, 샘플채취, 사용, 저장에 관한 기록
- 시험물질 및 대조물질 보관용기의 표시
- 시험물질 및 대조물질의 동일성, 순도, 조성, 안정성 등의 결정 및 오염방지와 관련된 기록
- 시험물질 및 대조물질의 농도, 순도, 안정성 유지와 관련된 보관상태
- 시험물질 및 대조물질이 함유된 혼합물에 대한 균질성 및 안정성을 결정할 수 있는 절차
- 시험물질 및 대조물질의 희석액 또는 혼합액을 담은 용기의 표시부착 여부와 내용물의 균질성과 안정성에 대한 기록
- 각 배치 또는 로트에서 시험물질 및 대조물질의 일부를 분석용 샘플로 채취하고, 일정 기간 동안 보관하고 있는지 여부
- 혼합물을 다루는 경우 식별의 오류나 교차오염을 예방하기 위한 절차가 있는지 여부

아) 표준작업지침서

(1) 조사관은 시험기관 운영과 관련된 모든 중요 요소에 대한 표준작업지침서를 작성, 보유하고 있는지의 여부를 확인하여야 한다.

(2) 조사관은 다음 사항을 확인하여야 한다.

- 각 시험구역에 인증된 표준작업지침서 구비 여부
- 표준작업지침서의 제정 및 개정 절차에 대한 사항
- 표준작업지침서의 제정, 개정 및 폐기가 승인되고, 날짜가 명시되는지 여부
- 과거의 표준작업지침서 유지 여부
- 기본적으로 갖추어야 할 표준작업지침서는 다음과 같다.
 - 시험물질 및 대조물질의 수령, 동일성·순도·조성·안정성에 대한 결정, 표시(라벨링), 취급, 샘플채취, 사용 및 보관
 - 측정기기, 컴퓨터시스템, 환경조절시스템의 사용, 보수, 청소, 교정 및 검증에 관한 사항
 - 시약과 투여제의 준비
 - 기록 유지, 보고서 작성 및 기록과 보고서의 보관과 검색
 - 시험계를 포함한 시험구역의 준비 및 환경조절
 - 시험계의 수령, 이전, 배치, 특성파악, 식별 및 관리

- 시험 전, 시험 중 및 시험 종료 시 시험계의 취급
- 시험계의 처분
- 방충제 및 세척제의 사용
- 신뢰성보증프로그램의 운영

자) 시험의 실시

- (1) 조사관은 시험이 시험계획서에 따라 진행되었는지, 시험계획 및 시험의 진행이 우수실험실 운영규정에 따라 수행하였는지를 확인하여야 한다.
- (2) 조사관은 기본적으로 다음 사항을 확인하여야 한다.
 - 시험책임자가 날짜를 명시하고, 서명하여 시험계획서를 승인하였는지 여부
 - 시험책임자가 날짜를 명시하고, 서명하여 시험계획서의 변경이 이루어졌는지 여부
 - 시험의뢰자가 시험계획서를 확인한 날짜가 기록되었는지 여부
 - 측정, 관찰, 검사 등이 시험계획서와 관련된 표준작업지침서와 일치하는지 여부
 - 측정, 관찰, 검사 등의 결과가 즉시, 신속·정확·명확하게 기록되고 있는지와 날짜 기재 및 서명 여부
 - 시험 기초자료(컴퓨터 저장자료 포함)의 변경 시 기존 자료가 명확하게 남아 있는지, 변경이유와 변경자 및 변경일이 정확하게 기록되어 있는지 여부
 - 컴퓨터를 통해 생산된 자료가 승인되지 않고 수정되거나 손실되지 않도록 방지할 수 있는 안전장치 구비 여부
 - 시험에 사용되는 컴퓨터시스템의 정확성과 신뢰성 검증이 적합하게 이루어지고 있는지 여부
 - 시험 기초자료에 기록된 예상하지 못한 사항에 대한 평가가 적절하게 이루어졌는지 여부
 - 시험보고서에 기재된 결과가 시험 기초자료를 정확·완전하게 반영하고 있고, 일관성이 있는지 여부

차) 시험결과의 보고

- (1) 조사관은 최종보고서가 우수실험실 운영규정에 따라 작성되었는지 여부를 확인하여야 한다.
- (2) 조사관은 다음 사항을 확인하여야 한다.
 - 시험이 우수실험실 운영규정에 따라 수행되었다는 것을 보증하는 시험책임자의 서명 및 날짜
 - 최종보고서에 공동연구결과가 포함된 경우 공동연구를 수행한 사람의 서명 및 날짜
 - 신뢰성보증진술서의 첨부 여부 및 진술서의 서명 및 날짜

- 최종보고서가 개정되었을 경우 관련 시험책임자에 의해 개정되었는지 여부
- 모든 샘플, 검체 및 시험 기초자료의 보관 위치에 대한 명시

카) 기록의 보관과 유지

- (1) 조사관은 시험기관이 적절한 기록과 보고서를 생산하고 있는지와 기록 및 재료 등을 안전하게 보관·유지할 수 있도록 적절한 규정을 마련하고 있는 지를 확인하여야 한다.
- (2) 조사관은 다음사항을 확인하여야 한다.
 - 자료보관실 책임자의 지정여부
 - 시험계획서, 시험기초자료(중단된 시험자료 포함), 최종 보고서, 인원의 교육과 훈련 기록, 샘플 및 검체 등의 보관을 위한 적절한 보관시설
 - 보관자료의 반출 및 열람 절차
 - 승인된 담당자에 의한 자료보관실의 출입절차 및 기록
 - 자료보관실에서 자료의 반입 및 반출 명부
 - 기록 및 재료가 필요기간 또는 적정기간동안 유지되는 지 여부
 - 화재 등 재난으로부터 자료보관시설을 보호할 수 있는 적절한 설비 및 절차

4. 시험감사

가. 일반사항

- 1) 시험기관 지정평거나 정기평가는 일반적으로 시험감사를 포함하며 시험감사는 진행 중이거나 완료된 시험에 대한 신뢰성을 검토한다. 시험감사는 화학물질 등록 등의 업무를 수행하는 관계부처의 요청에 따라 수행될 수 있고, 시험기관 지정평거나 정기평가와 별도로 수행될 수도 있다.
- 2) 시험감사는 일반적인 감사지침을 마련하여 수행할 수 있으며 감사의 범위 및 성격에 따라 시험의 신뢰성 여부를 정확하게 판단할 수 있도록 수행되어야 한다.
- 3) 조사관 및 자문위원은 시험감사 시 취득한 시험기관의 비밀정보, 상업적 가치가 있는 정보, 시험결과 등을 외부에 누설해서는 안된다. 조사관 등은 시험기관의 요청 시 정보보호와 관련한 보안각서를 작성해야 한다.

나. 시험감사의 목적은 최종보고서와 시험계획서, 표준작업지침서, 시험기초자료 및 기타 보관되어 있는 재료 등을 비교하여 시험을 재구성하고, 시험결과에 대한 신뢰성을 판단하기 위한 것이다. 조사관은 시험감사를 효과적으로 수행하기 위하여 자문위원의 도움을 받을 수 있다.

다. 시험감사 시 확인사항

- 1) 시험에 참여한 시험책임자 및 관련자 일부의 업무분장, 훈련 및 업무경험 등의 개인기록
- 2) 시험을 수행하기 위한 충분한 인원과 숙련된 인력확보 여부

- 3) 시험에 사용된 특수 장비나 기기의 목록과 각각에 대한 교정, 보수 및 서비스 기록
- 4) 시험물질의 안정성 및 분석, 시료의 조성 및 분석 등과 관련된 기록
- 5) 시험에 참여한 담당자가 관련 시험을 수행하는데 충분한 시간을 할애하였는지 여부
- 6) 다음의 서류에 관한 사항
 - 시험계획서
 - 시험수행 시 사용된 표준작업지침서
 - 실험일지, 실험노트, 파일, 시험일정표, 컴퓨터 저장 데이터 출력지 등
 - 최종 보고서
- 7) 실험동물이 사용된 시험일 경우 일부 실험동물이 시험기관에 도착한 시점부터 부검 시까지의 전 과정을 추적해보아야 한다. 특히 다음 사항은 면밀하게 점검하여야 한다.
 - 동물체중, 음식/수분 섭취, 투여물질의 조성 및 투여방법
 - 일반관찰
 - 임상 화학
 - 해부학적 소견과 병리학

5. 평가의 종결 및 조치에 관한 사항

가. 조사관은 시험기관의 현지조사 또는 시험감사가 종료된 후에 조사결과에 따른 종결회의를 개최하여야 한다.

- 1) 조사관은 조사관 자체회의를 열어 현지조사 또는 시험감사시 발견된 사항에 대해 논의하여 평가의견서초안을 작성한다.
- 2) 조사관은 조사관 자체회의 이후 운영책임자 등 시험기관 관계자가 참석하는 종결회의를 개최하여 현지조사 또는 시험감사시 발견된 사항에 대해 설명한다. 또한 조사관은 우수실험실 조사단의 평가의견에 대한 시험기관 측의 이의제기 및 소명의 기회를 주고 논의과정을 거쳐 최종 평가의견서를 작성한다.

나. 시험결과의 신뢰성에 심각한 영향을 미칠 수 있는 경우에는 우수실험실 운영규정에 적합하게 운영되지 않고 있다고 최종적으로 판단할 수 있다.

다. 우수실험실 조사단은 현지조사 또는 시험감사 후 다음과 같은 조치를 취한다.

- 1) 현지조사 또는 시험감사 결과 우수실험실 운영규정에 적합하지 않거나 개선이 필요하다고 판단될 경우 시험기관에게 이에 대한 보완조치와 조치결과를 제출하도록 요청할 수 있으며 다시 보완조치 후에 해당 시험기관을 다시 방문하여 조치결과를 확인할 수 있다.
- 2) 조사단은 제출된 보완자료를 포함한 현지조사 또는 시험감사 결과에 대해 검토하고, 평가보고서를 작성하여 기후에너지환경부장관 및 국립환경과학원장에게 보고한다.

3) 조사단은 최종 평가결과를 시험기관에 통보한다.

4) 현지조사 또는 시험감사 결과 우수실험실 운영규정으로부터 중대한 이탈사항이나 허위자료 제출사례 등이 발견되는 경우 관련법에 따라 해당 시험기관에 대한 적절한 조치를 취할 수 있다.

5) 정기평가 결과의 판정

가) 적합 : 지적사항이 없거나 사소한 우수실험실 운영규정 이탈사항에 대하여 타당한 보완자료를 제출한 경우

나) 보류 : 법 제23조 제2항의 규정에 따라 업무정지에 해당하는 이탈사항이 발견되는 경우

다) 부적합 : 시험의 신뢰성을 훼손하는 중대한 우수실험실 운영규정 이탈사항이 발견되는 등 법 제23조 제1항의 규정에 따라 시험항목 지정이나 시험기관 지정 취소에 해당하는 이탈사항이 발견되는 경우

라. 시험감사가 화학물질 등을 등록하는 관계부서 또는 부처의 요청으로 수행되는 경우 평가보고서를 해당 관계부서 또는 부처로 송부하여 적절한 검토가 이루어지도록 한다.

6. 평가보고서 작성

가. 일반사항

시험기관 지정평가, 정기평가 또는 시험감사 결과 및 관련정보의 공유를 위해 일정한 양식의 평가보고서를 작성할 수 있으며 관계부처간 시험기관의 상호인정에 대한 근거자료로 활용할 수 있을 것이다.

나. 보고서 표제

평가보고서 표제는 화학물질 등록 등의 업무를 수행하는 관계부처에서 요구하는 정보수준을 충족해야 한다. 일반적으로 표제는 요약, 서론, 서술, 종결회의 및 최종검토 결과 요약문, 부록으로 구성된다. 또한 시험기관의 우수실험실 운영규정 준수정도 및 감사대상이 되는 시험보고서의 질적 수준이 서술되어야 한다.

1) 요약

요약문에는 시험기관의 기본정보, 평가형태, 우수실험실 운영규정으로부터 이탈사항, 이탈사항에 대한 시험기관의 소명내용 등을 기록한다. 또한 조사관의 최종 판정에 대한 사항도 포함될 수 있다.

2) 서론

서론에는 다음과 같은 사항을 기록 한다(일부 생략 가능).

가) 평가의 목적, 조사관의 법적 지위, 평가기준, 일반사항

나) 조사관의 신분, 조사일

다) 평가형태(예; 시험기관 지정평가, 시험감사 등)

라) 회사명, 주소, 관련자를 포함한 시험기관의 일반사항

(전화, Fax번호 포함)

마) 시험물질의 종류 및 범위, 완료된 시험, 시험시설의 평면도 및 인력에 대한 정보 등 시험기관의 현황

바) 이전에 수행된 평가 일시, 평가 당시의 우수실험실 운영규정 준수정도, 평가 후 시험기관의 변화사항

다. 서술

보고서는 평가과정 중에 수행된 활동과 관찰한 사항에 대해 사실적이고, 완전하게 기록되어야 한다. 특히 우수실험실 운영규정에서 이탈된 사항은 문서화(예; 사진복사, 사진, 검사 샘플 등)되어야 하며 모든 이탈사항은 부록으로 첨부될 수 있다. 시험감사의 평가보고서에는 데이터의 일부분 또는 실제 시험된 시험에 대한 내용이 포함된 감사수행 과정을 기술해야 한다. 또한 감사 중에 발견된 경미한 사항도 기술되어야 하며 이는 부록으로 첨부될 수 있다.

보고서는 다음 사항이 충분히 반영될 수 있도록 기록되어야 한다.

- 1) 조직과 인원
- 2) 신뢰성보증업무
- 3) 시설
- 4) 기기, 재료, 시험물질, 검체 및 샘플
- 5) 시험계
- 6) 시험물질 및 대조물질
- 7) 표준작업지침서
- 8) 시험의 실시
- 9) 시험결과의 보고
- 10) 기록의 저장과 보존

라. 종결회의

- 1) 조사관은 시험기관의 지정평가, 정기평가 및 시험감사 종료 시에는 운영책임자 등 시험기관 관계자와 종결회의를 가져야 한다. 종결회의에서는 현지조사 또는 시험감사 중에 발견된 우수실험실 운영규정 이탈사항 목록이 제시되고, 이에 대해 논의하여야 한다. 시험기관은 종결회의 중에 우수실험실 운영규정 이탈사항에 대해 이의를 제기할 수 있다. 종결회의 내용은 요약해서 기술한다.
- 2) 종결회의 날짜와 시간을 기록해야 한다. 또한 참석자 (조사관, 자문위원, 시험기관 관련자 등)의 성명, 소속, 이탈사항에 대한 요약, 시험기관 운영책임자의 소명내용 등을 기술하여야 한다.
- 3) 조사단은 평가결과에 따라 시험기관에 요청한 보완조치와 제출된 보완자료를 토대로 최종 검토결과를 기술한다.

마. 부록

부록은 보고서에서 언급된 문서의 사본 등을 포함하여 다음과 같은 문서가 포함될 수 있다.

- 시험기관의 조직도
- 현지조사/시험감사 진행일정
- 현지조사/시험감사 중 제출된 표준작업지침서의 목록
- 우수실험실 운영규정 이탈 사항목록
- 우수실험실 운영규정 이탈사항이 발견된 문서사본 또는 사진

조사관이 시험기관으로부터 문서를 제공받을 경우 이에 대한 확인증에 운영책임자의 서명을 받고, 시험기관 관계자에게 확인증을 전달할 수 있다. 확인증의 사본은 부록에 첨부될 수 있다.

바. 기타정보

위에 서술된 사항 이외의 정보를 추가할 수 있다. 또한 최종 평가보고서는 부분적으로 변경될 수 있다.

사. 승인

조사관은 보고서에 날짜를 기재하고 서명해야 한다.