

[별표 5]

다지점시험 운영규정(제3조 관련)

1. 목적

이 규정은 제3조에 의한 다지점시험의 계획, 실행, 점검, 기록, 보고 및 보관 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

"단위시험"이란 하나의 다지점시험을 수행함에 있어 명확하게 규정된 시험 또는 일련의 시험을 말한다.

3. 다지점시험에서의 의사소통

가. 다지점시험을 수행하기 위해서는 모든 시험 관련자들이 본인의 책무를 정확히 파악하고, 시험수행 중에 발생한 문제 등을 해결하기 위해 시험의뢰자, 운영책임자, 시험책임자, 주임시험자, 시험담당자 및 신뢰정보증부서 간에 충분한 정보전달과 의사소통이 이루어져야 한다.

나. 다지점시험을 수행하는 시험 관계자 간의 의사소통 방법은 사전에 협의되고, 문서화되어야 한다.

4. 시험운영

가. 운영책임자는 시험의뢰자 및 시험책임자와 협의하여 다지점시험을 수행할 수 있다.

나. 시험책임자가 지리적으로 또는 조직적으로 분리되어 하나의 시험장소에서 모든 책무를 수행할 수 없을 경우에는 다른 시험 장소에 주임시험자를 지정한다.

다. 운영책임자는 시험의 완전성을 확보하기 위하여 시험장소의 운영책임자와 긴밀한 협조관계를 유지해야 한다.

5. 역할과 책무

가. 시험의뢰자

1) 시험개시 전에 운영책임자와 협의하여 다지점시험의 수행여부를 결정한다.

2) 시험의뢰자가 단위시험을 수행하는 경우 다지점시험장소의 운영과 시험에 참여한 자에 대한 관리는 시험책임자에게 있으며 운영책임자, 시험책임자, 주 신뢰정보증부서의 점검도 받을 수 있다.

나. 운영책임자

- 1) 시험장소는 원활한 의사소통 가능 여부, 신뢰정보증업무의 적절성, 시험장비와 전문성 등을 고려하여 선택한다.
- 2) 주 신뢰정보증부서를 지정하여 전체시험의 신뢰정보증에 대한 총괄적인 책임을 지도록 한다.
- 3) 모든 다지점시험 장소의 신뢰정보증부서에 주 신뢰정보증부서의 소재지 및 연락처를 알려준다.
- 4) 우수실험실 운영규정 준수에 대한 조사체계가 없는 국가의 시험기관을 이용할 경우에는 해당 시험기관의 선택사유를 상세하게 문서화 한다.
- 5) 다지점시험장소 운영책임자에게 시험장소가 위치하고 있는 국가의 GLP 조사기관에 의해 조사를 받을 수 있다는 사실을 알려준다. 만일 GLP 조사기관이 없는 국가의 시험장소는 시험결과가 제출될 국가의 GLP 조사기관에 의해 조사를 받을 수 있음을 알려준다.

다. 다지점시험장소 운영책임자

- 1) 시험수행에 적합한 시험장소를 준비하고, 해당 시험에 숙련된 자를 주임시험자로 선정한다.
- 2) 주임시험자를 교체해야 할 경우 시험의뢰자, 시험책임자 및 운영책임자와 충분히 협의하여 새로운 주임시험자를 지정한다. 변경된 주임시험자를 시험책임자에게 알려 시험계획서의 개정이 이루어질 수 있도록 한다. 새로 지정된 주임시험자에게 교체시점 이전에 수행된 시험의 우수실험실 운영규정 준수여부를 평가하도록 한다.

라. 시험책임자

- 1) 시험책임자는 선정된 시험장소가 적합한지를 확인해야 한다. 이를 확인하기 위해 시험장소를 방문하거나 시험장소의 담당자와 회의를 할 수 있다.
- 2) 다지점시험장소에서 수행되는 시험을 주임시험자를 지정하지 않고 스스로 관리하고자 하는 경우 운영책임자와 상의하여 결정해야 한다. 운영책임자는 시험책임자가 다지점시험장소에서 수행되는 시험을 직접 관리하는 경우 구체적인 신뢰정보증 점검절차를 마련하여야 한다. 신뢰정보증 점검절차는 시험장소의 신뢰정보증부서 또는 주 신뢰정보증부서에 의해 수행될 수 있다.
- 3) 주임시험자의 책무가 포함된 시험계획서를 승인해야 한다. 또한 다지점시험장소에서 수행되는 시험에 대한 내용을 포함하여 시험계획서의 변경을 승인하고, 이탈을 확인해야 한다.
- 4) 모든 관련 담당자들이 해당 시험의 요구사항을 정확하게 숙지하도록 하고, 시험계획서와 변경된 시험계획서를 이용할 수 있도록 해야 한다.
- 5) 각각의 주임시험자와 의사소통할 수 있는 구체적인 수단(팩스, 전화, 전자우편, 우편 등)을 만들어야 한다. 또한 불가피한 경우(통역이 필요한 경우 등) 외에는 각각

의 주임시험자에게 직접 연락한다.

- 6) 다지점시험을 수행하는 동안 수시로 주임시험자와 연락하여 시험일정 조정과 검체, 샘플 및 시험자료의 이동이 원활하게 될 수 있도록 해야 한다. 또한 주임시험자가 시험자료 등의 보관절차를 정확하게 이해하도록 해야 한다.
- 7) 시험장소의 신뢰성보증 점검사항에 대하여 주임시험자와 연락해야 한다. 신뢰성보증 점검과 관련된 시험책임자, 주임시험자, 다지점시험장소의 신뢰성보증부서 간의 의사소통 내용은 상세하게 문서화해야 한다.
- 8) 주임시험자가 담당한 시험이 최종보고서에 포함되어 있는지를 확인하고, 최종보고서를 주 신뢰성보증부서에 제출하여 점검을 받는다.
- 9) 해당 시험이 GLP에 따라 실시되었을 확인하고, 최종결과보고서의 신뢰성을 보증하기 위하여 최종보고서에 날짜를 기재하고 서명한다. 이와 관련된 일부 사항은 주임시험자가 작성한 확인서에 근거하여 신뢰성 보증 등을 할 수 있다.
- 10) 주임시험자가 임명되지 않은 시험장소에 대해서는 시험담당자와 직접 연락해야 한다. 이러한 경우 시험계획서에 해당 시험담당자를 명시하여야 한다.

마. 주임시험자

- 1) 시험책임자를 대신하여 위임된 단위시험을 우수실험실 운영규정에 따라 수행해야 할 책임이 있고, 시험책임자와 상호 협조적인 관계를 유지하여야 한다.
- 2) 시험계획서와 우수실험실 운영규정에 따라 위임된 단위시험을 수행한다는 합의사항을 문서화하여야 한다. 이는 시험계획서에 서명하는 것으로 같음할 수 있다.
- 3) 주임시험자는 시험계획서 또는 표준작업지침서의 이탈 사항을 문서화하여 시험책임자에게 보고하고, 승인을 받아야 한다.
- 4) 최종보고서가 작성될 수 있도록 본인이 담당한 시험에 대한 결과를 시험책임자에게 제공하여야 한다. 또한 해당 시험이 우수실험실 운영규정에 따라 수행되었음을 확인하는 문서도 포함되어야 한다.
- 5) 모든 시험자료와 검체가 시험책임자에게 전달되었는지 또는 시험계획서에 기술된 바와 같이 보관되고 있는지를 확인하여야 한다. 시험자료와 검체가 시험책임자에게 전달되지 않은 경우에는 해당 시험자료 등의 보관장소와 보관시점을 시험책임자에게 알려야 한다.
- 6) 시험수행 중에 생산된 모든 시험자료와 검체를 시험책임자의 사전 허가문서 없이 폐기할 수 없다.

바. 시험담당자

- 1) 다지점시험을 수행하는 모든 시험담당자(연구원, 연구보조원 등)는 업무분장이 되어 있어야 한다. 또한 시험 수행능력을 확인할 수 있는 교육훈련, 자격 및 경험에 대한 기록도 있어야 한다.
- 2) 시험담당자가 다른 시험장소에서 승인된 표준작업지침서에 따라 시험을 수행하는

경우에는 해당 표준작업지침서와 관련된 추가적인 교육을 받아야하고, 이에 대한 교육기록을 작성하여야 한다.

- 3) 다지점시험장소에서 임시로 고용된 자가 시험자료를 생산, 기록 등 시험수행과 관련된 활동을 하는 경우에는 그들의 교육훈련, 자격 및 경험에 대한 기록을 유지해야 한다. 다만 일정 자격을 갖춘 감독자의 관리 하에 시험생물 사육관리 등 일상적인 업무를 수행하는 자의 개인기록은 유지하지 않아도 된다.

6. 신뢰성보증

가. 주 신뢰성보증부서의 책무

- 1) 시험이 수행되는 동안 시험장소의 신뢰성보증부서에서 신뢰성보증업무를 적절하게 수행할 수 있는지를 확인한다.
- 2) 시험장소 간의 의사소통과 의사소통 내용을 문서화하는 것에 특별히 유의하여야 한다.
- 3) 여러 시험장소의 신뢰성보증업무는 시험 개시 전에 확정해야 한다.
- 4) 시험계획서의 유효성을 확인하고, 최종보고서의 우수실험실 운영규정 준수여부를 점검하여야 한다.
- 5) 최종보고서에 주임시험자의 책무가 적절하게 포함되었는지(시험장소의 신뢰성보증확인서 포함)를 확인한다.
- 6) 시험기관의 신뢰성보증확인서는 모든 시험장소의 신뢰성보증확인서를 포함하거나 반영하여 작성해야 한다.

나. 시험장소 신뢰성보증부서의 책무

- 1) 각각의 시험장소 운영책임자에게는 해당 시험장소에서 수행되는 단위시험에 대한 신뢰성 보증이 수행되도록 할 통상적인 책무가 있다.
- 2) 각각의 시험장소의 신뢰성보증부서는 해당 장소에서 수행되는 시험과 관련된 사항에 대해 면밀하게 점검하고, 승인된 시험계획서와 변경된 시험계획서의 사본을 유지한다.
- 3) 시험장소의 신뢰성보증부서는 주 신뢰성보증부서에서 별도로 요구한 사항이 없다면 해당 시험장소의 표준작업지침서에 따라 점검하고, 점검결과를 신속하게 주임시험자, 다지점시험장소 운영책임자, 시험책임자, 운영책임자 및 주 신뢰성보증부서에 보고한다.
- 4) 시험장소의 신뢰성보증부서는 해당 시험장소의 표준작업지침서에 따라 주임시험자의 담당업무를 점검하고, 신뢰성 보증 활동과 관련된 확인서를 주 신뢰성보증부서에 제공한다.

7. 시험일정총괄표

- 가. 운영책임자 및 다지점시험장소 운영책임자는 주임시험자가 지정된 다지점시험의 모든 시험일정이 시험일정총괄표에 기재되도록 해야 한다.
- 나. 시험의 고유한 식별기호는 각 시험장소의 시험일정총괄표에 명시되어야 한다. 필요한 경우 시험장소의 식별기호도 명시한다.
- 다. 시험책임자는 시험일정총괄표에 기재되어야 하고, 주임시험자는 각 시험장소의 시험일정총괄표에 기재되어야 한다.
- 라. 모든 시험장소의 시험일정총괄표에는 각 단위시험의 시험개시일과 시험종료일을 표시한다.

8. 시험계획서

- 가. 각 다지점시험에 대해 하나의 시험계획서가 작성되어야 하고, 관련된 모든 시험장소의 명칭과 주소를 명확하게 명시하여야 한다.
- 나. 주임시험자의 이름, 주소, 위임된 단위시험을 명시하여야 한다. 또한 주임시험자와 직접 연결할 수 있는 전화번호 등의 정보도 명시할 수 있다.
- 다. 시험장소에서 생산된 자료가 어떻게 시험책임자에게 제공되고, 최종보고서에 반영되는지를 확인할 수 있는 절차를 명시하여야 한다.
- 라. 시험장소에서 생산된 시험자료, 시험물질 및 대조물질의 샘플, 검체 등의 보관장소를 명시하여야 한다.
- 마. 주임시험자에게 위임된 단위시험에 대한 이해도를 높이고, 시험계획서(안)에 대한 주임시험자의 기술적인 의견을 수렴하기 위해 시험계획서(안)을 주임시험자에게 제공할 수 있다.
- 바. 시험계획서는 일반적으로 시험책임자가 사용하는 단일 언어로 작성되어야 한다.
 - 1) 여러 국가에서 수행되는 다지점시험의 경우 시험계획서는 하나 이상의 언어로 번역될 수 있다.
 - 2) 원본 시험계획서에 하나 이상의 언어로 번역된 시험계획서를 작성한다는 내용을 기술해야 한다.
 - 3) 번역된 모든 시험계획서에도 원본 시험계획서를 번역하여 작성되었다는 내용을 기술해야 한다.
 - 4) 번역된 시험계획서의 정확성과 완결성을 확인(검증)하기 위한 절차를 마련해야 한다.
 - 5) 번역된 시험계획서의 정확성에 대해 책임은 시험책임자에게 있다.
 - 6) 시험책임자가 번역된 시험계획서의 정확성에 대한 책임을 번역 전문가에게 위임한 경우에는 이와 같은 사실을 문서화한다.

9. 시험의 수행

가. 시설

- 1) 시험담당자가 시험기간 동안에 시험장소에 없을 경우에는 시험물질, 검체 및 시험자료의 물리적인 안전성을 확보하기 위한 방안을 마련하여야 한다.
- 2) 시험장소 간에 시험자료 또는 시험물질을 이동시킬 경우에는 시험자료 등의 완전성을 유지하기 위한 방안을 마련한다. 시험자료를 전자적인 방법(이메일, 인터넷 등)으로 이동시킬 경우에는 각별한 주의가 필요하다.

나. 시험장비

- 1) 시험에 사용되는 장비는 사용목적에 적합하여야 한다. 특정 장소에서 사용되는 큰 운반기구 또는 고도로 전문화된 장비 또한 사용목적에 적합해야 한다.
- 2) 시험장비가 사용시점에 사용목적에 적합한지를 확인하기 위해서는 해당 시험장비의 보수 및 교정 기록서가 있어야 한다.
- 3) 특정 시험장비(큰 동물의 무게를 재는 저울, 분석 장비 등의 임대 장비)는 주기적인 점검, 세척, 보수 및 교정에 대한 기록서가 없을 수 있다. 이러한 경우에는 시험 기초자료에 해당 시험장비가 사용목적에 부합함을 증명할 수 있는 정보를 기록해야 한다.

다. 시험물질의 관리 및 기록 보존

- 1) 시험물질이 시험장소에 적절한 시점에 제공되는지 확인할 수 있는 절차를 마련해야 한다.
- 2) 시험물질은 완전성/안정성의 유지가 필수적임으로 신뢰할 수 있는 운송수단을 통해 운반되고, 운반기록은 문서화되어야 한다. 또한 명확하게 기술된 운반절차와 책임소재 확인을 위한 업무분장이 마련되어야 한다.
- 3) 시험물질은 운반되기 전에 법적(관세법, 보건법, 안전법 등) 요구사항을 충족시키기 위한 문서가 마련되어야 한다. 상기 문서에는 모든 시험장소에서 시험물질 도착 시 사용목적에 적합한지를 확인하는데 필요한 정보도 포함되어야 한다.
- 4) 시험물질이 각각의 시험장소로 동시에 운반될 때 혼합 또는 교차오염을 방지하기 위하여 명확하게 분리되고, 식별될 수 있도록 해야 한다.
- 5) 시험물질이 운반 중에 예상치 못한 환경조건에 의해 악영향을 받을 수 있는 경우에는 운송되는 시험물질의 완전성을 유지하기 위한 절차가 마련되어야 한다. 이와 관련해서는 시험물질의 완전성 유지에 필요한 환경조건이 유지되는지를 사전에 점검하는 확인절차를 두는 것이 바람직하다.
- 6) 시험장소에서 사용된 시험물질 및 대조물질의 잔여량에 대한 저장, 반환 및 폐기를 명확하게 기록하고, 관리해야 한다.

10. 최종보고서

가. 다지점시험의 최종보고서는 모든 단위시험에서 생산된 시험자료를 포함하여 하나

로 작성되어야 한다.

나. 주임시험자는 최종보고서에 포함되는 단위시험에 대한 보고서를 작성하여 날짜를 명시하고, 서명하는 것이 바람직하다.

다. 주임시험자가 작성하는 보고서에는 해당 시험장소에서 신뢰성보증을 위한 점검이 적합하게 수행되었다는 진술과 시험책임자가 최종보고서를 작성하기에 충분한 설명이 포함되어야 한다.

라. 시험책임자는 주임시험자로부터 전달된 시험 기초자료가 최종보고서에 반영되도록 해야 한다. 또한 시험책임자는 최종보고서에 주임시험자와 해당 주임시험자가 책임을 맡아 수행한 단위시험을 명시해야 한다.

마. 주임시험자는 자신이 담당한 시험을 우수실험실 운영규정에 따라 적합하게 수행되었음을 확인하고, 해당 시험장소에서 이루어진 신뢰성보증 점검 확인서를 제공해야 한다.

바. 최종보고서에는 제10호마목의 내용을 직접 포함시키거나 필요한 사항을 발췌하여 시험책임자의 우수실험실 운영규정 준수확인서(진술서) 및 신뢰성보증확인서에 포함시킬 수 있다. 필요한 사항을 발췌하는 경우에는 근거자료를 기재하고, 해당 근거자료는 보관해야 한다.

사. 시험책임자는 모든 시험자료의 신뢰성을 보증하기 위해 최종보고서에 날짜를 명시하고, 서명해야 한다.

아. 시험책임자는 우수실험실 운영규정 준수정도를 OECD GLP 및 관련 규정의 세부 사항에 근거하여 구체적으로 기재한다.

자. 아에 대한 사항은 모든 단위시험에 해당되며 주임시험자 진술서에 있는 정보와 일치하여야 한다.

차. OECD GLP를 따르지 않는 시험장소는 반드시 최종보고서에 기술되어야 한다.

카. 최종보고서에는 시험계획서, 시험물질 및 대조물질의 샘플, 검체, 시험 기초자료 및 최종보고서의 보관 장소가 명시되어야 한다. 주임시험자가 작성한 보고서에는 시험물질의 보관과 관련된 정보가 포함되어야 한다.

타. 최종보고서의 개정은 시험책임자에 의해서만 가능하다. 시험책임자는 시험장소에서 수행된 시험과 관련된 내용을 개정할 경우 주임시험자에게 연락하여 개정 내용에 대하여 동의를 구해야 한다. 최종보고서 개정과 관련된 모든 사항은 문서화되어야 한다.

파. 주임시험자가 보고서를 작성하게 되는 경우에는 최종보고서 작성에 요구되는 사항을 모두 반영하여 보고서를 작성해야 한다.

11. 표준작업지침서

가. 다음 사항은 다지점시험에 특별히 요구되는 절차의 예이다.

- 1) 시험장소의 선택과 점검
 - 2) 주임시험자의 지정과 교체
 - 3) 시험장소 간 시험자료, 검체 및 샘플의 이동
 - 4) 시험계획서 또는 표준작업지침서에 대한 번역의 검증과 승인
 - 5) 멀리 떨어진 시험장소에서 사용되는 시험물질 및 대조물질의 보관, 반환 및 폐기
- 나. 시험담당자는 그들의 업무수행 장소와 관계없이 그들이 수행하고 있는 업무와 관련된 표준작업지침서를 사용할 수 있어야 한다.
- 다. 시험담당자는 해당 단위시험이 수행되는 시험장소의 표준작업지침서에 따라 시험하여야 한다.
- 라. 시험장소의 시험담당자는 시험책임자가 별도의 표준작업지침서(운영책임자에 의해 제공된 표준작업지침서 등)를 따르도록 요구한 경우 요구한 표준작업지침서에 따라 시험하여야 한다. 이러한 경우 시험장소의 시험담당자들이 따라야 하는 표준작업지침서가 시험계획서에 명시되어 있어야 한다.
- 마. 주임시험자는 시험장소의 시험담당자들이 시험절차를 충분히 숙지하고, 필요한 문서를 이용할 수 있도록 조치해야 한다.
- 바. 시험장소의 시험담당자가 운영책임자에 의해 제공된 표준작업지침서에 따라 시험할 경우 다지점시험장소 운영책임자의 서면 동의가 있어야 한다.
- 사. 운영책임자는 시험장소에서 사용할 목적으로 발행된 표준작업지침서가 시험 중에 개정된 경우 개정된 표준작업지침서를 시험장소에 제공하고, 개정 이전의 표준작업지침서가 사용되지 않도록 조치해야 한다. 또한 주임시험자 모든 시험담당자들이 표준작업지침서의 개정 사실을 알고, 개정된 표준작업지침서를 사용하도록 조치해야 한다.
- 아. 운영책임자에 의해 제공된 표준작업지침서가 다른 언어로 번역되어 시험장소에서 사용되는 경우에는 번역된 내용과 의미가 원본의 표준작업지침서와 일치하는가를 철저하게 확인해야 한다.

12. 기록과 자료의 보관 및 관리

- 가. 다지점시험을 수행하는 동안 시험물질은 안전하고 완전하게 보관되도록 해야 한다.
- 나. 시험자료가 시험기관으로부터 떨어져 보관되고 경우 검토하고자 하는 자료를 시험장소에서 쉽게 찾을 수 있도록 해야 한다.
- 다. 시험장소의 보관시설이 우수실험실 운영규정에 적합하지 않을 경우 기록과 시험자료는 우수실험실 운영규정에 적합한 보관시설로 옮겨져야 한다.
- 라. 다지점시험장소 운영책임자는 해당 시험장소가 해당 다지점시험에 참여하고 있음을 확인할 수 있도록 관련 기록을 유지해야 한다.