

1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(일반 연구시설)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

점검일 : 20 . . .

연구시설	연구시설명	안전관리등급 [] 1등급 [] 2등급	설치·운영책임자명	전화번호
항 목				
설치기준	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)	[]	[]	[]
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	[]	[]	[]
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	[]	[]	[]
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치	[]	[]	[]
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치	[]	[]	[]
	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치	[]	[]	[]
	고압증기멸균기 설치	[]	[]	[]
	생물안전작업대 설치	[]	[]	[]
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용	[]	[]	[]
	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	[]	[]	[]
	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	[]	[]	[]
	해파필터에 의한 배기	[]	[]	[]
	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	[]	[]	[]
	배관의 역류 방지 장치 설치	[]	[]	[]
	운영기준	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	[]	[]
출입대장 비치 및 기록		[]	[]	[]
전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용		[]	[]	[]
출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착		[]	[]	[]
지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기		[]	[]	[]
실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의		[]	[]	[]
실험 시 기계식 피펫 사용		[]	[]	[]
실험 시 에어로졸 발생 최소화		[]	[]	[]
실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지		[]	[]	[]
실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지		[]	[]	[]
감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동		[]	[]	[]
외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련		[]	[]	[]
실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)		[]	[]	[]
주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련		[]	[]	[]
유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착		[]	[]	[]
생물안전위원회 구성		[]	[]	[]
생물안전관리책임자 임명		[]	[]	[]
생물안전관리자 지정		[]	[]	[]
생물안전 교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시		[]	[]	[]
유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관		[]	[]	[]
실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관		[]	[]	[]
생물안전관리규정 마련 및 적용		[]	[]	[]
절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용		[]	[]	[]
감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행		[]	[]	[]
시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)		[]	[]	[]
취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종		[]	[]	[]
비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련		[]	[]	[]
처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관		[]	[]	[]
폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리		[]	[]	[]
실험폐기물 처리에 대한 규정 마련		[]	[]	[]
비고				
점검자		소속:	성명 :	(인)
설치·운영책임자			성명 :	(인)