

1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(곤충이용 연구시설)

* []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

점검일 : 20 . . .

연구시설		연구시설명	안전관리등급 [] 1등급 [] 2등급	설치·운영책임자명	전화번호		
항 목					예	아니오	해당없음
설치기준	실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)				[]	[]	[]
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)				[]	[]	[]
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치				[]	[]	[]
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치				[]	[]	[]
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치				[]	[]	[]
	곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)				[]	[]	[]
	입강의실 근처에 샤워 설비를 마련				[]	[]	[]
	생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련				[]	[]	[]
	곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련				[]	[]	[]
	케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치				[]	[]	[]
	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출방지 설치(곤충탈출 방지는 2등급 이상 필수)				[]	[]	[]
	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용				[]	[]	[]
	방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우 밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치				[]	[]	[]
	별도의 급배기 덕트 설치				[]	[]	[]
	급기 덕트에 헤파 필터 설치				[]	[]	[]
	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치				[]	[]	[]
	고압증기멸균기 설치				[]	[]	[]
	생물안전작업대 설치				[]	[]	[]
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용				[]	[]	[]
	케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치				[]	[]	[]
	곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련				[]	[]	[]
	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치				[]	[]	[]
	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치				[]	[]	[]
	헤파 필터에 의한 배기				[]	[]	[]
	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치				[]	[]	[]
	배관의 역류 방지 장치 설치				[]	[]	[]
운영기준	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입				[]	[]	[]
	출입대장 비치 및 기록				[]	[]	[]
	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용				[]	[]	[]
	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착				[]	[]	[]
	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기				[]	[]	[]
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의				[]	[]	[]
	실험 시 기계식 피펫 사용				[]	[]	[]
	실험 시 에어로졸 발생 최소화				[]	[]	[]
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지				[]	[]	[]
	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지				[]	[]	[]
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동				[]	[]	[]
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련				[]	[]	[]
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)				[]	[]	[]
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련				[]	[]	[]
	곤충 반입 시 전용용기에 담아 반입				[]	[]	[]
	곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동				[]	[]	[]
	유전자변형곤충이 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시표시(개체식별 표시가 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기)				[]	[]	[]
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관				[]	[]	[]
	곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련				[]	[]	[]

유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착	[]	[]	[]
생물안전위원회 구성	[]	[]	[]
생물안전관리책임자 임명	[]	[]	[]
생물안전관리자 지정	[]	[]	[]
생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	[]	[]	[]
유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	[]	[]	[]
실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	[]	[]	[]
생물안전관리규정 마련 및 적용	[]	[]	[]
절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용	[]	[]	[]
감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	[]	[]	[]
시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	[]	[]	[]
취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	[]	[]	[]
비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련	[]	[]	[]
기관 내 곤충 안전관리 교육 실시	[]	[]	[]
곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지	[]	[]	[]
사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독	[]	[]	[]
곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련	[]	[]	[]
케이지에 식별 가능한 표식(종, 계통, 연구책임자 등) 부착	[]	[]	[]
처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	[]	[]	[]
폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	[]	[]	[]
실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	[]	[]	[]

점검자
설치·운영책임자

성명 : (인)