

[별표 3-1] 농림축산업용 위해성평가기관의 전문인력, 시설 및 장비 기본요건(제3-5조제3항제2호 관련)

평가 항목		전문인력	시 설	장 비
농업적 형질의 특성 변화 / 교잡 가능성		유전육종학전공 책임자 : 1명 보조원 : 1명	전용격리온실 및 격리포장	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
작물환경변동 / 잡초화		유전육종전공1 또는 잡초학 전공 책임자 : 1명 보조원 : 1명	격리포장	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대
식물체 독성물질분비		분석화학/화학전공 1명 보조원 : 1명	전용격리온실 격리포장	GC분석기 1대 LC분석기 1대
농업 환경 변동 영향	곤충상 변 동	곤충학(필요시선충) 전공 책임자 : 1명 보조원 : 2명	격리포장	실체현미경 1대 광학현미경 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대
	병원균상 변 동	식물병리학 전공 책임자 : 3명 (진균, 세균, 바이러스) 보조원 : 3명	전용격리온실 및 격리포장 미생물실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 초음파세척기1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
	토양미생물상 변 동	토양미생물학 / 미생물학 전공 책임자 : 1명 보조원 : 1명	전용격리온실 및 격리포장 미생물실험실	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대

- 1) 전용격리온실의 정의 : LMO작물 전용, 방충장치, 화분방출 방지설비구비, 멸균소각 설비 구비, 외부인 출입 방지 조치
- 2) 격리포장의 정의 : 외부인 또는 조수에 의한 시험재료의 이동을 막기 위해 울타리, 세정장치, 소각장치 등 격리시설 구비
- 3) 책임자는 관련분야 전문가로서 5년 이상 근무한 자를 말한다.
- 4) 소각장비는 격리포장 내에 설치하거나 제3-25조제1항의 취급관리기준에 따라 운반하여 소각할 수 있는 전문 위탁소각장의 증빙서류를 제출하여야 한다.