

[별표 4-1] 산업용 유전자변형생물체의 위해성평가기관의 전문인력 및 시설·장비 요건(제4-1조제2항 관련)

평가항목		전문인력	시 설	장 비
유전자변형생물체의 유전적 성질		분야: 유전학, 분석학, 생리생화학 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실 및 미생물실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 초음파세척기1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
유전자변형생물체의 인체위해성		분야: 수의학, 약학, 독성학 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실 및 미생물실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 초음파세척기1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
유전자변형생물체의 형질특성변화		분야: 작물학, 원예학, 육종학, 미생물학 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR 기기 1대 미생물분류동정시스템 1조 무균상 1조 멸균기 1대
유전자변형생물체의 대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류성을 이용한 생태계영향		분야: 생태학, 독성학, 환경공학 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실 미생물실험실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR 기기 1대 GC분석기 1대 LC분석기 1대 멸균기 1대
환경위해성 평가	유전자 전이능력 및 가능성	분야: 잡초학,미생물학 책임연구원: 1명 보조원: 1명	전용격리온실 미생물실험실	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
	비표적 생물체에 미치는 영향과 무생물적 환경과의 상호작용	분야: 동, 식물생태학 책임연구원: 1명 보조원: 2명	전용격리온실 격리포장 미생물실험실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR 기기 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대

* 책임연구원급은 해당분야 박사학위 소지자로 해당분야 경력 5년 이상인자, 보조원은 해당분야 석사학위 소지자로 해당분야 경력 2년 이상인자, 학사학위 소지자로 경력 3년 이상인자를 말한다.