

[별표 5-1] 보건의료용 위해성평가기관의 인력 및 시설·장비 요건(제5-7조제2항 관련)

평가항목	전문인력	시설	장비
유전자변형생물체의 유전적 특성	분야 : 분자생물학, 유전공학 등 책임연구원급 각 1명, 보조원 2명	분자생물학 실험실	• PCR 기기 1대 • 전기영동장치 1대 • DNA 염기서열분석시스템 1대 • 단백질 염기서열시스템 1대 • MALDI-TOF 1대 • HPLC 1대 • ELISA 1대 • EIA reader 1대 • 현미경 1대 • 배양기 1대 • 소각장비 1대 등
유전자변형생물체의 알레르기성	분야 : 면역학, 의학 등 관련분야 책임연구원급 각 1명, 보조원 2명	일반실험실	• 알레르기성 분석 시스템 1대 • 아미노산 분석시스템 1대 • 전기영동장치 1대 • 배양기 1대 • ELISA 1대 • Prep-HPLC 1대 • HPLC 1대 • 원심분리기 1대 • 멸균기 1대 등
유전자변형생물체의 독성	분야 : 통계학, 수의학, 독성학 등 관련분야 책임연구원급 각 1명, 보조원 2명, 실험동물실 관리자 1명	일반실험실, 실험동물실 (SPF급), 조직병리실험실	• 통계분석 컴퓨터 및 소프트웨어 1대 • 현미경 5대 • 전기영동장치 1대 • 원심분리기 1대 • 멸균기 1대 등
유전자변형생물체의 성분 조성	분야 : 통계학, 분석화학, 생물학 등 관련분야 책임연구원급 각 1명, 보조원 2명	분석실험실	• GC 1대 • HPLC 1대 • 지방산 분석기 1대 • 아미노산 분석기 1대 • 회분 분석기 1대 • IAA 1대 • 통계분석 컴퓨터 및 소프트웨어 1대 • 원심분리기 1대 • 멸균기 1대 등

* 책임연구원급은 해당분야 박사학위 소지자로 해당분야 경력 5년 이상인 자, 보조원은 해당분야 석사학위 소지자로 해당분야 경력 2년 이상인 자, 학사학위 소지자로 경력 3년 이상인 자를 말한다.