

[별표 6-1] 환경정화용 위해성평가기관의 인력, 시설 및 장비 기본요건[제6-8조제1항 관련]

평가항목	전문인력	시설	장비
유전자변형생물체의 유전적 특성	분야: 유전육종학, 분자생물학 등 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실 분자생물학실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 전기영동장치 1대 PCR 기기 1대
유전자변형생물체의 유해물질생산 및 생태계 잔류 영향	분야: 생화학, 독성학, 수의학, 분석화학 등 책임연구원: 1명 보조원: 2명	분석실험실 격리온실 격리포장	GC분석기 1대 LC분석기 1대 PCR기기 1대 멸균기 1대
유전자변형생물체의 형질특성변화	분야: 생물학, 원예학, 유전육종학, 미생물학 등 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실 및 격리포장	현미경 1대 PCR기기 1대 소각장비 1조
유전자변형생물체의 환경위해성평가	분야: 생태학, 분자생물학, 잡초학, 미생물학, 곤충학, 병리학 등 책임연구원: 1명 보조원: 2명	격리온실 격리포장 분자생물학 실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 전기영동장치 1대 PCR기기 1대 미생물분석기 1대 해부현미경 1대 광학현미경 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대

1) 격리온실의 정의 : 방충장치, 화분방출방지장치, 외부인 출입통제장치, 폐기물처리를 위한 멸균소각 시설 구비

2) 격리포장의 정의 : 외부인, 동물의 출입을 통제하기위한 울타리, 폐기물처리를 위한 멸균소각 시설 구비

3) 책임연구원은 해당분야 박사학위소지자로 해당분야 경력 5년 이상인자, 보조원은 석사학위소지자로 해당분야 경력 2년 이상인자, 학사학위소지자로 경력 3년 이상인 자를 말함

4) 소각장비는 전문위탁소각장의 증빙서류로 대체할 수 있음