

기상측기(온도계, 습도계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결 재				

검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정

가. 온도계 오차검사

온도계[℃]				
측기형식				
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점				
중간점				
0				
중간점				
최저점				
시계검정	360분			

가. 습도계 오차검사

습도계[%R.H.]			
측기형식			
검정점	기준기값	측정값	기차
90			
60			
30			
극차			
시계검정	360분		

나. 온도계 구조검사

구분	검사내용	상태	비고
공통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식	금속보호관 원통형 여부		
	4개의 도선 방식 여부		
기계식	눈금 숫자로 표기 유무		
	수감부 고정나사의 견고 여부		
	수감부 보호망 유무 및 수감부와 접촉 여부		
유리제	가외눈금 및 눈금이 일정한 굵기와 간격 여부		
	가외눈금 및 눈금이 모세관에 직각 여부		
	눈금의 숫자표기 여부		
	최하단 눈금선과 구부의 상단과의 거리	()cm	
	구부에 봉입된 수은, 알콜의 불순물, 혼합, 변질 유무		
	온도계 내부 습기, 모세관 내벽 불순물, 변질 여부		

나. 습도계 구조검사

구분	검사내용	상태	비고
공통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식	수감부 청결 여부		
	감습체 방진필터 유무		
기계식	수감부 보호 장치 탈부착 용이성 여부		
	모발 탈지 여부		
	주된 눈금 숫자 표시 유무		
	펜의 곡률상태		
	수감부와 회전부의 마찰여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.