

기상측기(기압계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				

검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	관 정

가. 기압계 오차검사

나. 부착온도계 오차검사

기압계 [hPa]					부착온도계 [℃]				
측 기 형 식					측 기 형 식				
검정점	기준기값	측 정 값	기 차	비 고	검정점	기준기값	측 정 값	기 차	교 차
800					최고점				
850									
900									
950					중간점				
980									
1010									
1040					0				
극 차					최저점				
시계검정	360분								

다. 기압계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고	구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무			기계식 (지 시 형, 자 기형)	측정단위 및 범위의 표시상태		
	최소단위 표출여부				단위 및 측정범위 명시상태		
	명판의 부착 및 표기의 적정성				시도조절기 유무(아네로이드형)		
전자식	고정물에 부착 가능 여부				비자성체 여부(선택용)		
	기압계의 외형 및 압력인가 포트의 청결 여부			유리제 부 착 온도계	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
기계식 (액주형)	수은누출 및 기포여부, 유리관흡 상태				가외눈금 및 눈금이 일정한 굵기와 간격 여부		
	눈금선 굵기(0.1mm이하)의 적정성				가외눈금 및 눈금이 모세관에 직각 여부		
	각 부분의 고정·조절나사의 동작 상태				눈금의 숫자표기 여부		
	온도보정용 온도계 부착여부				최하단 눈금선과 구부의 상단과의 거리		
	각 부분 고정나사 및 조절나사 상태				구부에 봉입된 수은, 알콜의 불순물, 혼합, 변질 유무		
	수은조의 양피주머니 부드러움 상태				온도계 내부 습기, 모세관 내벽 불순물, 변질 여부		
	상아침 오염 등 상태						

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.