

기상측기(풍향계, 풍속계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
			재			

검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정

가. 풍향계 오차검사

풍향계 [°]				
측 기 형 식				
검정점	기준기값	측 정 값	기 차	비 고
22.5				
45.0				
67.5				
90.0				
112.5				
135.0				
157.5				
180.0				
202.5				
225.0				
247.5				
270.0				
292.5				
315.0				
337.5				
360.0(0.0)				
기동풍속	m/s		1.0 m/s 이하	
시계검정	360분			자기기록식

가. 풍속계 오차검사

풍속계 [m/s]				
측 기 형 식				
검정점	기준기값	측 정 값	기 차	비 고
3.0				
5.0				
10.0				
20.0				
30.0				
40.0				
50.0				
60.0				
70.0				
기동풍속	m/s		1.0 m/s 이하	
시계검정	360분			자기기록식

나. 풍향계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	진북방향 표시여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식, 기계식	수감부와 지시계의 방향 일치 여부		
	도금, 도장 등의 녹 방지 처리 유무		
	오픈각에서 오자료 표출 유무 (전위차계식)		

나. 풍속계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식, 기계식	도금, 도장 등 녹 방지 처리 유무		
	수감부의 비, 눈, 먼지가 들어가지 않는 구조 여부		
	3배 또는 풍차가 견고하게 부착 여부 및 회전면상 흔들림 유무		
초음파	부품의 조립상태 등 견고하게 제작 여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.