

기상측기(일사계, 일조계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

|     |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|
| 기준기 |  | 결 |  |  |  |  |
|     |  | 재 |  |  |  |  |

|      |      |      |      |         |     |
|------|------|------|------|---------|-----|
| 검정일자 | 제조회사 | 제조년월 | 제조번호 | 의뢰/운영기관 | 판 정 |
|      |      |      |      |         |     |

가. 일사계 오차검사

| 일사계[W/m <sup>2</sup> ] |              |     |     |                   |
|------------------------|--------------|-----|-----|-------------------|
| 측 기 형 식                |              |     |     |                   |
| 구 분                    | 기준기값         | 측정값 | 기 차 | 검 사 내 용           |
| 전천<br>일사계              |              |     |     | 순간전천일사량<br>30회평균  |
| 직달<br>일사계              |              |     |     | 순간직달일사량<br>30회 평균 |
| 감도정수                   | $\mu Vm^2/W$ |     |     |                   |
| 시계검정                   | 360분         |     |     | 자기기록계             |

가. 일조계 오차검사

| 일조계        |                      |     |     |                                |
|------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------|
| 측 기 형 식    |                      |     |     |                                |
| 구 분        | 기준기값                 | 측정값 | 기 차 | 검 사 내 용                        |
| 전자식<br>일조계 | 120 W/m <sup>2</sup> |     |     | 일조점<br>(120 W/m <sup>2</sup> ) |
| 줄단일조계      | 64 mm                |     |     | 원통의 내경<br>(64 mm)              |
| 줄단일조계      | 145 mm               |     |     | 원통의 깊이<br>(145 mm)             |
| 줄단일조계      | 0.5 mm               |     |     | 채광공의 크기<br>(0.5 mm)            |
| 캠벨일조계      | 100 mm               |     |     | 유리구의 직경<br>(100 mm)            |

나. 일사계 구조검사

| 구 분 | 검 사 내 용           | 상 태 | 비 고 |
|-----|-------------------|-----|-----|
| 공 통 | 센서의 오염, 물리적 손상 유무 |     |     |
|     | 최소단위 표출여부         |     |     |
|     | 명판의 부착 및 표기의 적정성  |     |     |
|     | 감도정수 표기여부         |     |     |
|     | 제습제의 교환 용이성       |     |     |
| 전 천 | 수평계 부착여부          |     |     |

나. 일조계 구조검사

| 구 분        | 검 사 내 용                                     | 상 태 | 비 고 |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| 공 통        | 센서의 오염, 물리적 손상 유무                           |     |     |
|            | 최소단위 표출여부                                   |     |     |
|            | 명판의 부착 및 표기의 적정성                            |     |     |
| 전자식<br>일조계 | 제습제의 교환 용이성                                 |     |     |
| 줄 단<br>일조계 | 황동체로서 진한 흑색으로 착<br>색 또는 도장 여부               |     |     |
|            | 각도판의 조절범위(0 ~ 60° )<br>구비 여부                |     |     |
| 캠 벨<br>일조계 | 구의 중심과 반원형 홈의 중심<br>선 일치 여부                 |     |     |
|            | 구를 통과한 광선의 초점거리가<br>홈의 중심선에서 일조지 까지<br>동일여부 |     |     |

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.