

기상측기(강수량계, 증발계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
			재			
검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정	

가. 강수량계 오차검사

강수량계				
측 기 형 식	(분해능: mm)			
구 분	검정점	기준기값	측정값	기 차
강수량계	20 mm/h			
	50 mm/h			
수수기의 구경	mm			
시계검정 (싸이폰식우량계)	360분			
히터의 접점·분점 히터부착형	접점	℃	분점	℃

가. 증발계 오차검사

증발계[mm]				
측기형식				
구 분	기준기값		측정값	기 차
테두리의 내경	소 형	200		
	대 형	1200		
안 깊이	소 형	100		
	대 형	250		

나. 강수량계 구조검사

구 분	검사내용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
	도장 및 도금상태		
	접합부의 누수 여부		
	수감부 수평조절용 수준기 부착 유무		
	수수기 및 테두리의 견고성 여부		
전도형, 무계식 우량계	히터의 접점과 분점 동작		히 터 부착형
싸이폰식 우량계	싸이폰의 작동 상태		
	배수시간(13초)		
저울형 자 기 설량계	눈금간격 5mm 이하 여부		
	펜의 배율조정장치 및 시도 조정장치 갖추		

나. 증발계 구조검사

구 분	검사내용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
소 형 증발계	청동이나 이와 동등의 재질 여부		
	배수구의 위치(밀면에서 60 mm 정도) 및 하향 각도		
	접합부의 도금 및 도장 상태		
대 형 증발계	아연도금 철판이나 스테인레스강 또는 이와 동등 이상의 재질		
	내외면 도장 여부		
	수위측정기 각 부분의 도장 및 도금 여부		
	수위측정기의 눈금간격(1 mm) 표시 및 기차 ±0.1 mm 이내 여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.