

기상측기(적설계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				
검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정	

가. 적설계 오차검사 (실내검정)

적설계(cm)			
측기형식			
검정점	기준기값	측정값	기 차
5			
20			
60			
100			
150			

나. 적설계 오차검사 (현장검정)

적설계(cm)			
측기형식			
검정점	기준기값	측정값	기 차

다. 적설계 구조검사

구 분	검사내용	상 태	비 고
공 통	센서부에서 지표면까지 거리 영점조정 가능 여부		
	최소단위 표출여부		
	지시값 식별 여부		
레이저	레이저 안전 등급 부착 여부		
초음파	음속보정이 가능한 온도센서 부착여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.