

자동기상관측장비 현장 검정성적서(제3조 관련)

제 호

앞 면

기준기		결				
			재			

자료 표출 장치	제조회사	제조년월	제조번호	판 정

검정일자	의뢰/운영기관	설치장소(지점)	비 고

가. 각 센서별 오차검사

측 기 명		온도계 [℃]					측 기 명		온도계 [℃]					측 기 명		풍향계 [°]			
제조번호							제조번호							제조번호					
판 정							판 정							판 정					
검정점	기준기 값	측정값	기 차	교 차			검정점	기준기 값	측정값	기 차	교 차			검정점	기준기 값	측정값	기 차		
20.0							20.0												
0.0							0.0												
-10.0							-10.0												

측 기 명		풍향계 [°]				측 기 명		풍향계 [°]				측 기 명		풍향계 [°]				측 기 명		풍속계 [m/s]			
제조번호						제조번호						제조번호						제조번호					
판 정						판 정						판 정						판 정					
횡수	기준기 값	측정값	기 차			검정점	기준기 값	측정값	기 차			검정점	기준기 값	측정값	기 차			검정점	기준기 값	측정값	기 차		
						45.0						45.0						횡수	기준기 값	측정값	기 차		
						90.0						90.0											
						135.0						135.0											
						180.0						180.0											
						225.0						225.0											
						270.0						270.0											
						315.0						315.0											
						360.0(0.0)						360.0(0.0)											

측 기 명		풍속계 [m/s]				측 기 명		기압계 [hPa]				측 기 명		습도계 [%R.H.]				측 기 명		일사계 [W/m ²]			
제조번호						제조번호						제조번호						제조번호					
판 정						판 정						판 정						판 정					
횡수	기준기 값	측정값	기 차			검정점	기준기 값	측정값	기 차	극차		검정점	기준기 값	측정값	기 차	극차		판 정		기준기 값	측정값	기 차	
																				순간일사량 30회 평균			
																				감도정수	$\mu W m^2 / W$		

측 기 명	강수량계 [mm]			
제조번호				
판 정				
구 분	검정점	기준기 값	측정값	기차
분해능 [mm]	20 mm/h			
	50 mm/h			
수수기의 구 경	mm			

측 기 명	강수량계 [mm]			
제조번호				
판 정				
구 분	검정점	기준기 값	측정값	기차
분해능 [mm]	20 mm/h			
	50 mm/h			
수수기의 구 경	mm			

측 기 명		적설계 [cm]	
제조번호			
판 정			
검정점	기준기 값	측정값	기차

나. 각 센서별 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고	구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	로거 및 각 센서의 명판부착 여부			습도계	수감부의 청결, 방진필터 유무		
	데이터의 최소표출 단위의 적정성			일사계	제습제의 교환 용이성		
	로거 및 각 센서의 오염, 물리적 손상 유무				수감부의 수광면 조절용 조준기 부착여부		
	재질의 내변형성, 내구성 여부				감도정수 표기여부		
	데이터의 안정적 생산 및 표출여부			일조계	제습제의 교환 용이성		
온도계	금속보호관 원통형 여부			강수량계	수감부 수평조절용 수준기 부착 유무		
	4개의 도선 방식 여부				히터의 접점과 분점상태(히터부착형)		
풍향계	오픈각에서 오자료 표출 유무(전위차계식)				접합부의 누수여부		
풍속계	어느 방향에서든지 동일풍속 감지여부				수수기 및 테두리 재질의 견고성 여부		
기압계	기압계의 외형 및 압력인가 포트의 청결 여부			적설계	센서부에서 지표면까지 거리 영점조정 가능 여부		
					음속보정이 가능한 온도센서 부착여부(초음파적설계)		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.