

기상측기 검정기준의 공차 범위에 관한 세부사항(제4조제1항 관련)

1. 전자식 및 기계식 온도계 공차

검정 유형	종 류		기 차(℃)	교 차(℃)	극 차(℃)
실내 검정	① 전자식	-40, -20, 0, 30, 60 ℃	±0.3	0.3	-
	② 해양용	-2, 0, 20, 40 ℃			
	③ 기계식	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -40 ℃ 이상 +60 ℃ 까지	±1.0	1.0	-
현장 검정	④ 전자식 (금속제)	-10, 0, 20 ℃	±0.5	0.5	-
	⑤ 전자식 (박막형)	현장실황 3회 비교 검정	±0.5	-	-

2. 유리제 온도계 공차

검정 유형	종 류		기 차(℃)	교 차(℃)	극 차(℃)
실내 검정	① 한 눈금의 값이 0.2 ℃ 이하의 유리제 온도계 (③, ④ 온도계는 제외)	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.3	0.3	-
		-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5		
	② 한 눈금의 값이 0.5 ℃인 유리제 온도계	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.5	0.3	-
		-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0	0.5	
	③ 최고온도계 (한 눈금이 0.2 ℃ 이하)	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 0 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.3	0.3	-
		-20 ℃ 이상 0 ℃ 미만	±0.5		
	④ 최저온도계 (한 눈금이 0.2 ℃ 이하)	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +30 ℃ 까지	±0.3	0.3	-
		-40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5		
	⑤ 대형증발계용 수온 온도계	최저점, 0, 중간점, 최고점 -2℃ 이상 +40 ℃ 까지	±0.5	0.3	-
	⑥ 수은기압계용 부착 온도계	최저점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.5	0.3	-
		-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0	0.5	

3. 강수량계 공차

검정 유형	종 류		기 차(%)	교 차(%)	극 차(%)
실내 검정	① 강수량계	수수기의 구경(mm)	±3	—	—
		강우강도 : 20 mm/h, 50 mm/h	±5	—	—
현장 검정	② 전도식, 무게식	강우강도 : 20 mm/h	±5	—	—

4. 기압계 공차

검정 유형	종 류			기 차(hPa)	교 차(hPa)	극 차(hPa)
실내 검정	① 전자식	800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa		±0.5	－	0.5
	② 기계식	액주형	950, 980, 1010, 1040 hPa	±0.5	－	0.5
		지시형		±0.7	－	0.7
		자기형		±1.3	－	0.7
현장 검정	③ 전자식	현장실황 3회 비교 검정		±0.7	－	0.7

5. 습도계 공차

검정 유형	종 류		기 차 (%R.H.)	교 차 (%R.H.)	극 차 (%R.H.)
실내 검정	① 전자식	30, 60, 90 %R.H.	±3	—	5
	② 기계식		±5	—	7
현장 검정	③ 전자식	현장실황 3회 비교 검정	±5	—	7

6. 풍향계 공차

검정 유형	종 류		기 차(°)	교 차(°)	극 차(°)
실내 검정	① 풍향계	360°를 16방위(22.5° 간격)	±5	—	—
현장 검정	② 전자식, 기계식	360°를 8방위(45° 간격)			
	③ 초음파식	현장실황 3회 비교 검정			

7. 풍속계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	① 전자식, 초음파식	3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s	—	—	—
		10 m/s 미만	±0.5 m/s	—	—
		10~70 m/s	±5 %	—	—
	② 기계식	3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s	—	—	—
		10 m/s 미만	±1.0 m/s	—	—
		10~70 m/s	±10 %	—	—
현장 검정	③ 전자식, 초음파식	현장실태 3회 비교 검정	10 m/s 미만	±1.0 m/s	—
			10 m/s 이상	±10 %	—

8. 일사계 공차

검정 유형	종 류		기차(%)	교 차(%)	극 차(%)
실내 검정	① 전천	순간 전천일사량 30회 평균	±5	—	—
	② 직달	순간 직달일사량 30회 평균	±5	—	—
현장 검정	③ 전천	순간 전천일사량 30회 평균	±5	—	—
	④ 직달	순간 직달일사량 30회 평균	±5	—	—

9. 일조계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	① 전자식	일조점 : 120 W/m ²	±5 %	—	—
	② 졸단	원통의 내경 : 64 mm	±0.2 mm	—	—
		원통의 깊이 : 145 mm	±5.0 mm	—	—
		채광공의 크기 : 0.5 mm	±0.1 mm	—	—
	③ 캠벨	유리구의 직경 : 100 mm	±0.3 mm	—	—

10. 적설계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	① 레이저식	5, 20, 60, 100, 150 cm	—	—	—
		100 cm 이하	± 0.5 cm	—	—
		100 cm 초과	± 0.5 %	—	—
	② 초음파식	5, 20, 60, 100, 150 cm	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2.0 %	—	—
	③ 레이저식, 초음파식이 아닌 자동 적설계	5, 20, 60, 100, 150 cm	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2.0 %	—	—
현장 검정	④ 레이저식	60 cm에서 150 cm 사이의 3점	—	—	—
		100 cm 이하	± 1.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 1 %	—	—
	⑤ 초음파식	60 cm에서 150 cm 사이의 3점	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2 %	—	—
	⑥ 레이저식, 초음파식이 아닌 자동 적설계	60 cm에서 150 cm 사이의 3점	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2 %	—	—

11. 증발계 공차

검정 유형	종 류		기 차(mm)	교 차(mm)	극 차(mm)
실내, 현장 검정	① 소형	테 두 리 내 경 : 200 mm	± 0.6	—	—
		깊 이 : 100 mm	± 3.0	—	—
	② 대형	테 두 리 내 경 : 1,200 mm	± 6.0	—	—
		깊 이 : 250 mm	± 10.0	—	—

12. 시계가 부착된 자기기록식 기상측기의 시계 오차

검정 유형	종 류		기 차(분)	교 차(분)	극 차(분)
	시계	6시간	± 2	—	—