

[별표 2]

단독활용 시설·장비 판정기준

1. 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 시설·장비
(연간 2,000시간 이상 활용 장비)
2. 시작품, 시제품 수준으로 시험운영 중이거나 요소 부품 및 기술을 개발 중인 시설·장비
3. 특수목적용 시설·장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되는 시설·장비
4. 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되는 시설·장비
5. 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 시설·장비
6. 위험물질 취급 및 고위험성으로 인하여 이용이 제한되는 시설·장비
7. 초고감도 정밀시설·장비로 오염 및 손상시 복구가 불가능한 시설·장비
8. 라이선스 계약으로 인해 타 이용자의 사용이 불가능한 시설·장비