

[별표 4]

연구시설·장비 활용상태 구분기준

활용상태	구분기준
활용	○ 당초 활용을 목적으로 구축 후 목적과 용도에 맞게 활용되고 있으며 가동상태 및 운영상황이 양호한 연구시설·장비
저활용	○ 당초 활용을 목적으로 구축 후 사용 및 사양 저조, 경제적 보유수준 등이 적합하지 않아 정상가동은 가능하나 활용도가 낮은 연구시설·장비 ○ 1년 동안 장비가동률(장비활용시간* 기준)이 10% 미만인 연구시설·장비. 단, 가동률이 낮아도 장비수입금을 통해 운영이 가능하다고 판단되는 경우는 제외
유휴	○ 당초 활용을 목적으로 구축 후 활용도 저하 등의 사유로 6개월 이상 가동 중지되었으며 향후 활용 가능성이 분명하지 않은 연구시설·장비
불용	○ 당초 활용 목적으로 구축 후 치명적 파손, A/S 불가 등의 사유로 인해 더 이상 정상가동이 불가능한 연구시설·장비 ○ 계속 가동이 정지되어 해당 출연기관에서 향후 활용가능성이 희박하고 비경제적이어서 더 이상 보유할 필요성이 없다고 판단되는 연구시설·장비

* 시설·장비활용시간= 시험, 분석, 계측, 교육, 생산 등을 위해 시설·장비를 실제로 가동한 시간

시설·장비가동률= 시설·장비활용시간 / 시설·장비 가용시간 * 100

시설·장비 가용시간= 근무일수*8시간 (연간 근무일수 : 주5일*50주 = 250일)