

[별표 7]

연구시설·장비 중복성 검토기준·방법

1. 중복성의 판단요소

가. 연구시설·장비명(국문, 영문), 제작사, 모델명

나. 연구시설·장비 사양(구성, 성능)

다. 연구시설·장비 용도

라. 연구시설·장비 활용분야

2. 중복성의 판단기준

판단요소가 동일하거나 거의 유사한 경우에는 중복 연구시설·장비로 판단한다. 이 외에도 특수·독립 환경의 조성, 활용성 확보 등을 종합적으로 고려하여 중복 가능 여부를 검토한다.

3. 중복성의 예외

가. 판단요소가 동일하거나 거의 유사한 두 연구시설·장비가 동일한 시·군·구에 설치되지 않는 경우 중복되지 않는 것으로 간주한다.

나. 구축하고자 하는 연구시설·장비와 동일 시·군·구 내 판단요소가 동일하거나 거의 유사한 연구시설·장비가 있으나, 연구개발사업간 연구자의 접근권한 차이로 인하여 연구자가 유사 연구시설·장비에 대한 접근권한을 얻을 수 없는 경우 중복되지 않는 것으로 간주한다.

다. 이미 구축된 연구시설·장비의 활용률이 100%를 초과하여 동일하거나 거의 유사한 장비가 더 필요하다고 판단되는 경우 중복되지 않는 것으로 간주한다.