

[별표 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 전문인력, 시설 및 장비 기본요건

분 야	평가 항목		전문인력	시설	장비
식물	농업적 형질의 특성 변화/교잡 가능성		유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	전용격리온실 격리포장	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
	작물환경변동/잡초화		유전육종 또는 잡초학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	격리포장	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대
	식물체 독성물질분비		분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	전용격리온실 격리포장	GC분석기 1대 LC분석기 1대
	농업 환경 변동 영향	곤충상 변동	곤충학(필요시 선충)전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 2명	격리포장	실체현미경 1대 광학현미경 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대
		병원균상 변동	식물병리학 전공 - 책임자 : 3명(진균, 세균, 바이러스) - 대리인 : 3명	전용격리온실 격리포장 미생물 실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 초음파세척기 1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
		토양미생물상 변동	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	전용격리온실 격리포장 미생물 실험실	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
미생물	미생물 형질의 특성 변화/유전자 전이 가능성		유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대

	비표적 생물체 및 무생물적 환경 변화	동·식물생태학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR기기 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대
	대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR기기 1대 질량분석기 1대 LC분석기 1대 멸균기 1대
	토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
동물 (곤충 포함)	축산 형질의 특성 변화	유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
	축산환경변동/ 이종교잡 가능성	유전육종 또는 수의학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
	대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR기기 1대 질량분석기 1대 LC분석기 1대 멸균기 1대
	토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대

	부산물 위험가능성 / 유전자 전이	토양미생물학/미생물학/ 유전육종 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정 PCR기기 1대
공통	농림축산업용 유전자변형생물체 보관	평가기관의 운영책임자 / 항목별 책임자	전용격리온실 격리포장 미생물 실험실 사육시설	배양기 1대 클린벤치 1조 초저온냉동고 1대 미생물분류동정시스템 1조 PCR기기 1대 멸균기 1대 소각장비 1조

- 1) 전용격리온실의 정의 : 유전자변형작물 전용, 방충장치, 화분방출 방지설비 구비, 멸균소각 설비 구비, 외부인 출입 방지 조치
- 2) 격리포장의 정의 : 외부인 또는 조수에 의한 시험재료의 이동을 막기 위해 울타리, 세정장치, 소각장치 등 격리시설 구비
- 3) 책임자는 관련분야 전문가로서 5년 이상 근무한 자를 말한다.
- 4) 소각장비는 격리포장 내에 설치하거나 「LMO 법률」 통합고시 제3-25조제1항의 취급관리 기준에 따라 운반하여 소각할 수 있는 전문 위탁소각장의 증빙서류를 제출하여야 한다.