

숙련도 시험 정도관리 평가표

기관명 :

가. 방출시험장치

평 가 내 용	배점		평가점수
	적정	부적정	
1. 시험장치			
1-1. 챔버의 공기 누출량이 공급공기유량의 1% 미만인가?	12	0	
1-2. 방출시험챔버 내 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, n-도데칸, 폼알데하이드 농도의 회수율이 80 ~ 120 % 범위인가?	12	0	
1-3. 방출오염물질 농도의 챔버간 정밀도(상대표준편차, RSD)는 30% 이내인가?	12	0	
1-4. 공급공기 중 총휘발성유기화합물의 농도는 20 µg/m³ 이하, 개별 휘발성유기화합물 및 폼알데하이드의 농도는 5 µg/m³ 이하인가?	12	0	
1-5. 시험기간동안 챔버 내 온도는 25±1 ℃, 상대습도는 50±5 % 이내였는가?	12	0	
2. 시험방법			
2-1. 시험편이 도포량, 시료부하율 등이 적정하게 산출되어 제작되었는가?	10	0	
2-2. 시험편을 설치한 챔버가 2개 이상인가?	10	0	
2-3. 시료채취유량은 공급공기유량의 80 % 이하였는가?	10	0	
2-4. 총 시료채취부피는 1 ~ 5 L 이내인가?	10	0	
합 계			
[평가기준] 합계 점수가 80점 이상 “적합”, 80점 미만 “부적합”으로 판단	평 가		

숙련도 시험 정도관리 평가표 (계속)

기관명 :

나. 기체크로마토그래프

평 가 내 용	배 점		평가점수
	적정	부적정	
1. 분석기기			
1-1. 톨루엔에 대한 열탈착장치의 회수율이 80 ~ 120 % 범위인가?	10	0	
1-2. 헥산, 톨루엔, 헥사데칸에 대한 머무름시간(RT)의 정밀도(상대표준편차, RSD) 1% 미만, 피크면적(area) 혹은 감응계수(RF)의 정밀도(상대표준편차, RSD) 5% 미만인가?	10	0	
1-3. 톨루엔의 방법검출한계에 이를 것으로 생각되는 농도를 7회 반복측정하여 방법검출한계를 확인하였는가?	10	0	
2. 분석방법			
2-1. 적합한 표준물질(헥산, 톨루엔, 헥사데칸 포함)을 사용하여 머무름시간(RT)을 확인하였는가?	9	0	
2-2. 검정곡선 작성 시 적합한 표준물질을 사용하였는가?	9	0	
2-3. 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하였는가?	9	0	
2-4. 검정곡선의 범위는 시료의 농도에 적절한 범위인가?	9	0	
2-5. 검정곡선의 결정계수(R ²)는 0.98 이상인가?	9	0	
2-6. 시험결과 계산 과정이 정확한가?	9	0	
2-7. 바탕시험(Travel blank) 값을 보정하였는가?	9	0	
2-8. 소수점 처리 등 결과표기가 적절한가?	7	0	
합 계			
[평가기준] 합계 점수가 80점 이상 “적합”, 80점 미만 “부적합”으로 판단	평 가		

숙련도 시험 정도관리 평가표 (계속)

기관명 :

다. 액체크로마토그래프

평 가 내 용	배 점		평가점수
	적정	부적정	
1. 분석기기			
1-1. 폼알데하이드의 머무름시간(RT)은 상대표준편차(RSD)가 1% 미만, 피크면적(area) 혹은 감응계수(RF)는 상대표준편차(RSD)가 5% 미만인가?	10	0	
1-2. 폼알데하이드의 정확도가 80 ~ 120% 범위인가?	10	0	
1-3. 폼알데하이드의 방법검출한계에 이를 것으로 생각되는 농도를 7회 반복측정하여 방법검출한계를 확인하였는가?	10	0	
2. 분석방법			
2-1. 검정곡선 작성 시 적합한 표준물질을 사용하였는가?	10	0	
2-2. 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하였는가?	10	0	
2-3. 검정곡선의 범위는 시료의 농도에 적절한 범위인가?	10	0	
2-4. 검정곡선의 결정계수(R ²)는 0.98 이상인가?	10	0	
2-5. 시험결과 계산 과정이 정확한가?	10	0	
2-6. 바탕시험(Travel blank) 값을 보정하였는가?	10	0	
2-7. 소수점 처리 등 결과표기가 적절한가?	10	0	
합 계			
[평가기준] 합계 점수가 80점 이상 “적합”, 80점 미만 “부적합”으로 판단	평 가		