

기상측기별 형식승인 시험시설 및 장비 요건(제2조 관련)

구분	형식승인 시험시설 및 장비		성능 기준
온도	형식승인 기본장비	챔버식 온도조절 장치, 수조식 온도조절 장치, 내전압, 절연저항 측정장치, 빙점측정 장치	측정범위가 $-40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 이상일 것
	기준기	디지털 정밀온도계	
기압	형식승인 기본장비	압력 조절 장치	측정범위가 $800\text{hPa} \sim 1,040\text{hPa}$ 이상일 것
	기준기	디지털 정밀기압계	
습도	형식승인 기본장비	챔버식 습도조절 장비	측정범위가 $0\%\text{R.H.} \sim 100\%\text{R.H.}$ 일 것
	기준기	디지털 정밀습도계(노점계)	
풍향	형식승인 기본장비	풍동장치, 풍향관	측정범위가 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 이고, 최소 눈금의 간격이 1° 이내일 것
	기준기	풍향관	
풍속	형식승인 기본장비	풍동장치	측정범위가 $0\text{m/s} \sim 70\text{m/s}$ 이상일 것
	기준기	마이크로 마노미터, 차압계	
일조	형식승인 기본장비	광 측정장치	직달일사량($120\text{W}/\text{m}^2 \pm 50\text{W}/\text{m}^2$)을 판독할 수 있을 것
	기준기	복사조도계	
일사	형식승인 기본장비	태양추정장치(직달)	실시간 일사량(W/m^2)을 판독할 수 있을 것
	기준기	전천일사계, 직달일사계	
강수량	형식승인 기본장비	강수(부피 또는 질량)측정장치	20mm/h 및 50mm/h의 강수량을 자동 또는 수동으로 측정할 수 있을 것
	기준기	우량승(雨量升), 뷰렛, 저울, 분동	
적설	형식승인 기본장비	적설(높이)측정장치	측정범위가 $0\text{cm} \sim 150\text{cm}$ 이상일 것
	기준기	곧은 자, 디지털 정밀적설계	
증발	기준기	곧은 자, 버니어캘리퍼스	측정범위가 $0\text{cm} \sim 120\text{cm}$ 이상일 것
공통	형식승인 기본장비	환경시험 챔버 장치	측정범위 $-50^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$, $20 \sim 98\% \text{ R.H}$ 이상이며, 온도조절 속도가 분당 3°C 이상 일 것
	실측용 기준기	각도기, 마이크로미터, 버니어캘리퍼스, 곧은 자 등	국가표준(KS) 등 관련 규격에 만족한 것

기준기는 국가교정기관에서 교정하여 국가측정표준과의 소급성을 확보해야 한다.