

기상측기별 검정설비 요건(제3조 관련)

구분	검정설비		성능 기준
온도	검정 기본장비	챔버식 검정기, 수조식 검정기	측정범위가 $-40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ (이동식 검정장비는 $-20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$) 이상 일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기	
	기준기	디지털 정밀온도계	
기압	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정범위가 $800\text{hPa} \sim 1,040\text{hPa}$ 이상일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기	
	기준기	디지털 정밀기압계	
습도	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정범위가 $0\%\text{R.H.} \sim 100\%\text{R.H.}$ 일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기	
	기준기	디지털 정밀습도계	
풍향	검정 기본장비	풍동장치, 풍향판	측정범위가 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 이고, 최 소 눈금의 간격이 1° 이내일 것
	이동식 검정장비	풍향판, 풍향계	
	기준기	풍향판, 풍향계	
풍속	검정 기본장비	풍동장치	측정범위가 $0\text{m/s} \sim 70\text{m/s}$ 이상일 것
	이동식 검정장비	풍속 표출기	
	기준기	풍속계, 마이크로 마노미터, 차 압계	
일조	검정 기본장비	광 측정장치	직달일사량($120\text{W}/\text{m}^2 \pm 50\text{W}/\text{m}^2$)을 판독할 수 있을 것
	기준기	복사조도계	
일사	검정 기본장비	태양추정장치(직달)	실시간 일사량(W/m^2)을 판독할 수 있을 것
	이동식 검정장비	전천일사계, 직달일사계	
	기준기		
강수량	검정 기본장비	강수(부피 또는 질량)측정장치	20mm/h 및 50mm/h (이동식 검정 장비는 20mm/h)의 강수량을 자동 또는 수동으로 측정할 수 있을 것
	이동식 검정장비		
	기준기	우량승(雨量升), 뷰렛, 저울, 분동	
적설	검정 기본장비	적설(높이)측정장치	측정범위가 $0\text{cm} \sim 150\text{cm}$ 이상일 것
	이동식 검정장비	적설(높이)측정장치	
	기준기	곧은 자, 디지털 정밀적설계	
증발	기준기	곧은자, 버니어캘리퍼스	측정범위가 $0\text{cm} \sim 120\text{cm}$ 이상일 것
공통	실측용 기준기	각도기, 마이크로미터, 버니어 캘리퍼스, 곧은 자 등	국가표준(KS) 등 관련 규격에 만족한 것

비고

기준기는 국가교정기관에서 교정하여 국가측정표준과의 소급성을 확보해야 한다.