

[별표 1]<개정 2020.8.25.>

지진해일파고계의 성능·규격(제6조 관련)

구 분		항 목	성능 · 규격
해수면 관측기	압력식	설치 깊이	최대 6,000 m
		관측범위	0 ~ 10,000 psi
		해상도	1 mm 이내(수심 6,000 m에 설치 시)
		자료취득간격 (내부기록, 이벤트보고, 평시보고)	내부기록 : 15 초 이벤트보고 : 15 ~ 60 초 평시보고 : 15 분 ※ 평상시 15 분 간격 또는 그 이내로 운영, 이벤트 발생시 원격접속을 통해 1 분 또는 15 초 간격 등으로 조정 가능하여야 함
		지진해일 발생 보고	지진해일 검출 알고리즘에 의해 5 분 이내 자동 보고
		전원공급시스템	2년 이상 가동 가능한 배터리 팩 적용 전원 상태를 원격으로 감시 가능한 제어기 부착
	극초단파식	관측범위	0 ~ 20 m
		주파수 대역	9.4 ~ 9.8 GHz
		빔 너비	5 ~ 10°
		정밀도	< 1 cm(개별 관측 값)
		자료취득간격	0.02 ~ 60 초 또는 폴링(polling) 방식
	레이더식	관측범위	0 ~ 20 m
		주파수 대역	76 ~ 81 GHz
		빔 너비	8° 이내
		정밀도	< 1 cm(개별 관측 값)
		자료취득간격	0.02 ~ 60 초 또는 폴링(polling) 방식
파고계	GPS식	관측범위	0 ~ 20 m
		해상도	1 mm
		정밀도	1 ~ 10 cm(주파수 범위가 1~1,000 s일 때)
		자료취득간격	0.5 초 또는 5 초
		전원공급시스템	1년 이상 가동 가능한 배터리 팩 적용 전원 상태를 원격으로 감시 가능한 제어기 부착