

[별표 2]<개정 2020.8.25.>

지진해일 관측자료 수집 및 처리장치의 성능·규격(제7조 제3항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
지진해일 관측자료 수집 및 처리장치	메모리	자료저장 메모리는 10 GB 이상으로 추후 필요에 따라 추가가 가능하여야 하며, 통신 장애 시에도 6개월 이상의 자료를 저장 할 수 있어야 함
	아날로그-디지털 변환	12 bit 이상
	인터페이스	RS232C, RS422, RS485 포트, USB 포트 등 관측장비에 따라 호환 가능한 인터페이스 내장 (확장이 가능하도록 여분의 인터페이스 포함)
	자료저장간격	15초, 1분, 5분, 10분, 15분, 20분, 30분, 1시간 간격 등에 대해 선택 가능
	시간동기화	KST기준 1일 1회
	외장	외부에 설치 시 산화방지와 방수기능이 가능한 재질 및 보호케이스 사용