

안 전 기 준

고령자용 휠체어테이블

부속서 12

(A Wheeled Chair Table for A Elder)

1. 적용범위

이 기준은 고령자용 휠체어 위에 장착하여 사용하는 테이블에 대하여 적용한다.

2. 관련표준

다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 일부를 구성한다. 이러한 관련표준은 그 최신판을 적용한다.

KS G 4203 사무용 책상 및 테이블

KS G 4214 가구 - 테이블 - 강도 및 내구성 시험 방법

3. 용어와 정의

이 기준에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 고령자용 휠체어 테이블 고령자용 휠체어에 장착할 수 있거나 장착되어 있는 테이블

4. 안전요건

4.1 겉모양의 다듬질은 양호하고 흠, 고장, 접합부분의 어긋남 등 현저한 결점이 없어야 한다.

4.2 인체 및 의류가 닿는 부분에는 예리한 돌기가 없고 모서리 부분은 매끄러워야 한다.

4.3 도장면의 보이는 부분은 광택, 색조가 균등하고 도장 얼룩, 흘러내림 등이 없어야 한다.

4.4 테이블 윗면은 평활하고 장식구슬 등의 작은 물체가 부착되어 있지 않아야 한다.

4.5 접었다 폈다할 수 있는 구조로 된 테이블은 사용 중에 쉽게 접혀지지 않는 구조이어야 한다.

4.6 테이블 등의 부속품 및 부분품은 확실하게 고정되어 있어야 한다.

5. 시험방법

4.항 안전요건의 시험은 육안 검사 및 손으로 접촉하여 실시한다.

6. 표시

6.1 표시사항

고령자용 휠체어테이블의 제품 또는 최소 포장단위 마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다.

6.1.1 모델명

6.1.2 제조연월

6.1.3 제조자명

6.1.4 수입자명

6.1.5 주소 및 전화번호

6.1.6 제조국명

6.1.7 치수 : 가로×세로×높이

6.2 사용상 주의사항

고령자용 휠체어테이블의 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 스티커 등을 사용하여 사용상 주의사항 등을 표시한다.

제	정 : 기술표준원고시	제2009-979호(2009. 12. 30)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2015-686호(2015. 12. 30)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2017-033호(2017. 2. 8)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2018-195호(2018. 6. 29)