

분석장비 관리에 관한 세부사항(제8조 관련)

1. 심의위원회 설치 및 운영

- 가. 분석장비 구입 등 중요한 사항을 심의 및 조정하기 위하여 국립수산물품질관리원에 분석장비 심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 둔다.
- 나. 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이내로 구성하되, 위원장은 운영지원과장이 되고, 위원은 본원 각 부서 연구관(사무관) 및 각 지원 지원장 중에 위원장이 위촉하며, 필요시 관련전문가 등의 외부위원을 위촉한다.
- 다. 심의위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 소집하며, 회의안건이 경미하거나 회의소집이 비효율적이라고 판단되는 경우 영상 또는 서면 심의로 갈음할 수 있다.

2. 분석장비의 구입

- 가. 분석실을 운용하고 있는 분석기관의 장은 분석장비의 수요가 있을 경우에는 매년 11월 말일까지 정밀검사 실적을 고려하여 다음 연도 계획을 작성하여 운영지원과로 제출해야 한다.
- 나. 위원장은 심의위원회를 개최하여 장비별 구입 타당성을 심의하고 그 결과를 원장에게 보고한 후 분석기관에 통보한다.

3. 분석장비의 등록

- 가. 분석기관의 장은 분석장비를 신규(관리전환 포함)로 구입한 경우, LIMS에 등록해야 한다.

4. 분석장비 관리책임자 지정 운영

- 가. 분석기관의 장은 주요분석장비에 대하여 관리 정(正)책임자와 부(副)책임자(이하 "관리책임자"라 한다)를 지정해야 한다.
- 나. 가목의 관리책임자는 성실한 관리자로서의 책임과 의무를 다하여 주요분석장비를 관리·운영해야 하며 화재, 도난, 안전사고 등의 예방에 최선을 다해야 한다.

5. 분석장비의 교정 및 점검

- 가. 분석기관의 장은 분석장비의 처리능력, 내용연수(耐用年數) 등을 고려하여 적정하게 사용하고 관리하여 최적의 상태를 유지하도록 노력해야 하고 별표3의 교정이 필요한 장비에 대하여 정기적으로 국가교정기관에 의뢰하여 교정을 실시해야 한다.
- 나. 관리책임자는 주요분석장비의 전원, 작동상태, 성능 등 매월 1회 정기적으로 이상유무를 점검·관리해야 한다.

6. 분석장비의 수리요구 및 수리

- 가. 분석장비의 사용자는 제5호에 따른 교정 및 점검 등 장비에 이상이 발견되었을 때에는 지체 없이 별지 제1호서식의 분석장비 수리요청서를 작성하여 수리를 요구해야 한다.
- 나. 장비의 수리는 최소한으로 하며, 필요한 부분만을 수리 또는 교환해야 한다.

7. 분석장비 사용실적 기록

- 가. 관리책임자는 주요분석장비를 사용한 경우에는 그 사용실적을 별지 제2호서식의 분석장비 사용대장에 기록하고 관리해야 한다.

8. 경제적 수리한계

- 가. 분석기관의 장은 분석장비를 수리 정비가 필요한 경우 해당 장비를 정비하여 계속 사용하는 것과 신품으로 대체하는 것에 대한 경제적 수리한계를 비교 판단하여 결정해야 한다.
- 나. 경제적 수리한계의 일반기준은 그 장비의 내용연수와 수리비용의 상관관계에서 정해야 하며, 별표 4의 조달청 일반기준을 적용한다.

9. 유지보수계약

- 가. 분석기관의 장은 분석장비의 고장 시 즉시 수리하지 않을 경우 정밀검사 업무에 상당한 지장을 가져오거나 정비점검에 전문적인 지식이 요구되는 분석장비에 대해서는 전문업체와 유지보수계약을 체결할 수 있다.

10. 정비·점검 등 기록

- 가. 분석장비 사용자는 분석장비에 대한 정비, 교정 및 점검 등의 모든 결과를 LIMS에 입력해야 한다.

11. 활용 불가능 분석장비 조치

- 가. 분석기관의 장은 매년 11월 말일까지 활용 불가능(미활용 포함)한 장비에 대하여 다음 연도 불용(不用) 계획을 작성하여 운영지원과로 제출해야 한다.
- 나. 위원장은 심의위원회를 개최하여 장비별 불용 타당성을 심의하고 그 결과를 원장에게 보고한 후 분석기관에 통보한다.
- 다. 분석기관의 장은 불용이 결정된 장비에 대하여 물품관리법 절차에 따라 조치한 후 불용이 완료된 경우, LIMS에서 삭제한다.[별표 2] 생략