

[별지 제3호서식]

생활화학제품 및 살생물제 시험·검사기관 운영관리 심사표

대상기관 :

☐ 보유현황

○ 기술인력 보유 현황

구분		성명	직급	최종학력 (전공)	경력	적정 여부
기술책임자	정					
	부					
시험기술자						

※ 기술 인력에 대한 적합여부는 별표 1의 기술인력 보유기준에 따라 "적합"여부로 판단

○ 시설 현황

시설현황	적합 여부
실험실 등	

○ 장비보유 현황

장비명	수량	보유 여부 (O/X)
☐ 필수장비		
1. 분석용 저울(0.0001g)	1	
2. 수소이온 농도(pH) 측정기	1	
3. 초음파추출장치	1	
4. 자석교반기	1	
5. 회전증발농축기	1	
6. 볼텍스 믹서	1	
7. 원심분리기	1	
8. 마이크로파 분해장치	1	
9. 헤드스페이스 시료주입장치(Headspace sampler)	1	
10. 기체크로마토그래프장비(GC 또는 GC/MS 등 동등이상의 장비)	1	
11. 액체크로마토그래프장비(HPLC-UV/DAD 또는 LC/MS 동등이상의 장비)	1	
12. 유도결합플라즈마 원소분석장비(ICP-AES 또는 ICP-MS)	1	
13. 수은 환원기화장치-원자흡수분광광도계(CV-AAS) 또는 열적 분해 아말감 원자흡수분광광도계	1	
14. 자외/가시선 분광광도계(UV/VIS)	1	
15. 흡후드	1	
16. 증류수제조장치(시험검사기준 고려)	1	
17. 배양기	1	
18. 유기탄소측정기	1	
19. 항균처리필터 소모량 측정장치	1	
20. 적정시험 장치	1	
21. 주사전자현미경	1	
22. 푸리에변환적외분광광도계(FT/IR)	1	
23. 동점도 측정장비	1	
24. 고압멸균기	1	
25. 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비	1	

□ 선택장비(구아니딘계 고분자화합물)		
1. 기체크로마토그래프장비(GC 또는 GC/MS 등 동등이상의 장비)	1	
2. 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석기(MALDI-TOF MS)	1	
3. 액체크로마토그래프/질량분석계 (LC/MS/MS)	1	
□ 선택장비(자동차 워셔액 및 부동액)		
1. 기체크로마토그래프장비(GC 또는 GC/MS 등 동등이상의 장비)	1	워셔액
2. 어는점 시험기	1	공통
3. 수소이온농도(pH) 측정기	1	공통
4. 세척성시험기	1	워셔액
5. 교반기	1	워셔액
6. 접촉각측정기	1	워셔액
7. 금속부식성 시험기	1	공통
8. 저울	1	공통
9. 버니어캘리퍼스	1	공통
10. 경도시험기	1	워셔액
11. 항온수조	1	워셔액
12. 저온안정성시험기	1	워셔액
13. 인화점시험기	1	워셔액
14. 비중계	1	부동액
15. 끓는점시험기	1	부동액
16. 수분측정기	1	부동액
17. 순환부식시험기	1	부동액

□ 운영관리 심사표

평 가 내 용	평 점	배점기준
○ 기술 인력에 대한 사항		24
1. 업무량 대비 기술인력을 적절히 보유하고있는가?		5
2. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)이 적절한가?		5
3. 기술인력 능력 향상을 위한 교육계획(실적)이 적절한가?		5
4. 담당자의 변경에 따른 교육 및 숙련도 평가 절차수립이 적절한가?		5
5. 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법에 대한 이해도 및 문제해결 능력이 적절한가?		4
○ 환경 요인 및 안전 관리에 관한 사항		18
1. 향온·향습기가 정상가동 되고 있는가?		3
2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계 비치 되어있는가?		1
3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지하고 있는가?		1
4. 환기시설은 적정하게 설치되어 있는가?		3
5. 환기시설은 정상가동 되고 있는가?		3
6. 고압가스 실린더에 지지대를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?		3
7. 실험실 폐액은 적절하게 수집, 보관, 처리되고 있는가?		2
8. 실험실 폐기물은 적절하게 수집, 보관, 처리되고 있는가?		2
○ 측정분석 장비 및 물품 관리에 대한 사항		30
1. 업무량 대비 측정분석 장비를 적절하게 보유하고 있는가?		5
2. 전처리 장비(시설) 및 초자를 적절하게 보유하고 있는가?		5
3. 분석장비를 주기적으로 점검하고 있는가?		4
4. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?		3
5. 부피측정 유리기구에 대한 내부 교정을 실시하고 있는가?		2
6. 유리기구를 적절한 방법으로 보관하고 있는가?		3
7. 장비관리 및 사용대장을 적절하게 보유 및 기록 관리하고 있는가?		3
8. 저울의 정상적으로 작동되고 있으며, 저울의 수평은 적절하게 조절되고 있는가?		3
9. 저울 설치장소가 적절한가?		1
10. 저울 내·외부의 청결 상태 유지하고 있는가?		1

○ 표준물질 및 시약 관리에 관한 사항		14
1. 시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록을 하고 있는가?		3
2. 시약, 표준물질(표준용액) 및 시료 보관이 적절하게 이루어지는가?		5
3. 제조된 시약 관리를 잘하고 있는가?		3
4. 시료의 식별은 가능한가?		3
○ 자료의 보관 및 관리에 관한 사항		14
1. 측정결과에 대한 원자료 기록 및 관리가 적절한가?		5
2. 모든 기록에 대한 접근이 용이한가?		4
3. 모든 기록의 수정·변경에 대한 보안 조치가 적절한가?		3
4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)이 적절한가?		2
합계		100

☐ 종합의견

☐ 종합결과(적합, 부적합)

평가점수 /100

평가단장	소속	이름	서명
평가위원			