

[별표 2]

안전확인대상생활화학제품 시험·검사기관 지정기준

1. 기술인력 기준 : 기술책임자 2명 이상, 시험기술자 5명 이상

가. 기술책임자 자격요건 : 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 학교 또는 같은 법 제29조에 따른 대학원에서 환경, 화학 등 관련 전공의 학사 이상의 학위를 취득한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력을 갖춘 후 환경, 화학 등 관련 분야에서 3년 이상의 시험·검사경력이 있는 자

나. 시험기술자 자격요건 : 「초·중등교육법」 제2조제3호에 따른 고등학교 또는 고등기술학교를 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력을 갖춘 후 환경, 화학 등 관련 분야에서 1년 이상의 시험·검사경력이 있는 자

2. 시설 기준

가. 제3조제1항에 따른 안전확인대상생활화학제품의 안전기준에 따른 시험·검사업무를 수행할 수 있는 적절한 시험시설을 갖추어야 한다.

나. 시험시설은 국소배기장치 및 폐수·폐기물처리시설 등을 갖추어야 하며 사무실과 구분되어야 한다.

3. 장비 기준

가. 시료 전처리 장비 및 정성·정량분석 장비

장비명	수량
1. 분석용 저울(0.0001g)	1
2. 수소이온 농도(pH) 측정기	1
3. 초음파추출장치	1
4. 자석교반기	1
5. 회전증발농축기	1
6. 볼텍스 믹서	1

7. 원심분리기	1
8. 마이크로파 분해장치	1
9. 헤드스페이스 시료주입장치(Headspace sampler)	1
10. 기체크로마토그래프장비(GC 또는 GC/MS 등 동등이상의 장비)	1
11. 액체크로마토그래프장비(HPLC-UV/DAD 또는 LC/MS 동등이상의 장비)	1
12. 유도결합플라스마 원소분석장비(ICP-AES 또는 ICP-MS)	1
13. 수은 환원기화장치-원자흡수분광광도계(CV-AAS) 또는 열적 분해 아말감 원자흡수분광광도계	1
14. 자외/가시선 분광광도계(UV/VIS)	1
15. 흡후드	1
16. 증류수제조장치(시험검사기준 고려)	1
17. 배양기	1
18. 유기탄소측정기	1
19. 항균처리필터 소모량 측정장치	1
20. 적정시험 장치	1
21. 주사전자현미경	1
22. 푸리에변환적외분광광도계(FT/IR)	1
23. 동점도 측정장비	1
24. 고압멸균기	1
25. 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비	1

나. 선택장비 - 구아니딘계 고분자화합물

장비명	수량
1. 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석기(MALDI-TOF MS)	1
2. 액체크로마토그래프/질량분석계 (LC/MS/MS)	1
3. 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비	

다. 선택장비 - 자동차 워셔액 및 부동액 안전요구사항

장비명	수량	비고
1. 기체크로마토그래프장비(GC 또는 GC/MS 등 동등이상의 장비)	1	워셔액
2. 어는점 시험기	1	공통
3. 수소이온농도(pH) 측정기	1	공통
4. 세척성시험기	1	워셔액
5. 교반기	1	워셔액
6. 점촉각측정기	1	워셔액
7. 금속부식성 시험기	1	공통
8. 저울	1	공통

9. 버니어캘리퍼스	1	공통
10. 경도시험기	1	위서액
11. 항온수조	1	위서액
12. 저온안정성시험기	1	위서액
13. 인화점시험기	1	위서액
14. 비중계	1	부동액
15. 끓는점시험기	1	부동액
16. 수분측정기	1	부동액
17. 순환부식시험기	1	부동액