

[별표 4]

현장평가 세부절차 및 판정기준

1. 현장평가의 세부절차

현장평가는 시작회의, 시험실 순회, 정도관리 확인, 시험성적서 확인, 시험분야별 평가, 현장평가보고서 작성 및 종료회의 등으로 이루어지며, 제출서류 및 기록물은 현장평가일 이전에 사전검토 또는 평가할 수 있다.

가. 시작회의

시작회의는 대상기관의 대표자(또는 위임받은 대리인) 및 해당 분야 담당자가 참석하며 평가단장은 참석자들에게 현장평가의 목적, 대상, 방법 등의 평가계획에 대해서 설명한다. 대상기관은 현장평가에 필요한 정도관리 품질문서 등을 제출하고, 평가위원들이 필요한 장비, 시설 등을 사용할 수 있도록 한다.

나. 시험실 순회

평가위원은 시험분야별 시험책임자 및 담당자와 함께 다음 각 호의 구역을 포함한 대상기관의 시설을 순회하고 시설기준 준수여부 등을 확인한다.

- 1) 시료 접수 및 보관시설
- 2) 해당 분야의 실험실 및 시험자료 보관시설 등
- 3) 지정분야 관련 장비 관련 시설 등
- 4) 그 밖에 시험·검사와 관련된 시설 등

다. 시험성적서 확인

평가위원은 숙련도평가, 시험성적서(원자료 및 산출근거 포함) 등에 대해 확인한다.

라. 현장평가 점검표의 작성

- 1) 평가위원은 별지 제2호 서식과 제3호 서식에 평점을 기재한다. 별지 제2호와 제3호 서식에 없는 항목이라도 평가가 필요하다고 판단되는 경우에는 화학물질안전원과 사전 협의 후에 분석능력 점검표를 추가 할 수 있다.
- 2) 평가위원은 별지 제2호 및 제3호 서식의 평가내용이 "부적합"일 경우 별

지 제4호 서식의 "현장평가 보고서"의 1. 현장평가 부적합 세부사항 요약에 그 내용을 기록한다. 미흡사항 중 대상기관이 쉽게 시정 가능한 경미한 미흡사항은 즉시 시정토록 하는 방법으로 평가를 할 수 있다.

마. 중대한 미흡사항

평가단장은 현장평가를 종료시킬 정도의 중대한 미흡사항이 발견되면 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자에게 이를 설명하고 그 시점에서 평가 종료여부를 협의할 수 있으며 별지 제6호 서식의 "확인서"를 작성한다. 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자는 이에 대한 동의로서 "확인서"에 서명한다.

평가단장은 현장평가 종료를 결정한 경우는 현장평가 부적합으로 판정됨을 대상기관에 알린다.

바. 현장평가 보고서의 작성

- 1) 평가단장은 평가가 종료되면 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식을 모두 취합하여 별지 제4호서식의 "현장평가 보고서"를 최종 작성한다.
- 2) 평가단장은 대상기관의 평가결과를 "2. 현장평가 판정기준"에 따라 적합, 부적합으로 구분한다.
- 3) 평가단장은 미흡사항에 대해 별지 제4호서식의 1. 현장평가 세부사항 요약에 기록하되 발견된 미흡사항에 대한 적절한 보완조치 필요사항과 품질시스템 및 기술 향상을 위한 사항을 미흡사항 보고서에 포함시킬 수 있다.
- 4) 평가단장 및 평가위원은 즉시 시정이 가능한 경미한 미흡사항에 대하여는 별지 제4호 서식의 1. 현장평가 세부사항 요약에 즉시 시정으로 표기하여 제출한다.

사. 종료회의

평가단장은 평가결과와 발견된 미흡사항에 대해 대상기관 참석자에게 설명하며, 기관과 의견이 불일치된 평가결과에 대해서는 현장평가 종료일로부터 7일 이내에 안전원장에게 이의 신청 할 수 있음을 알린다.

평가단장은 별지 제4호서식의 1. 현장평가 세부사항 요약을 대상기관에 제시하고, 대상기관의 대표자 또는 위임받은 자는 발견된 미흡사항에 대한 동의로서 미흡사항 보고서에 서명한다.

아. 현장평가 보고서의 제출

평가단장은 현장평가 완료 후, 안전원장에게 별지 제4호서식의 "현장평가 보고서"를 제출한다. 안전원장은 현장평가 보고서를 검토한 후, 추가 확인이 필요한 경우 전담부서의 평가단을 통하여 문서 및 구두로 확인할 수 있다.

자. 대상기관의 보완조치 결과 제출 등

- 1) 대상기관은 미흡사항에 대한 보완조치 계획 또는 결과를 별지 제4호서식의 2. 현장평가 부적합사항 보완조치 결과보고서로 작성하여 현장평가 완료일로부터 30일 내에 안전원장에게 제출하여야 한다. 단, 즉시 시정이 가능한 경미한 미흡사항은 보완조치 결과 보고서에 즉시시정으로 표기하여 제출할 수 있다.
- 2) 안전원장은 대상기관이 제출한 미흡사항 보완조치 결과보고서를 평가하며 담당 평가위원으로 하여금 적절성을 확인하게 할 수 있다.

2. 현장평가 판정기준

가. 현장평가는 별지 제2호 서식의 "안전확인대상생활화학제품 시험·검사 능력 평가표"와 제3호 서식의 "생활화학제품 및 살생물제 시험·검사기관 운영관리 평가표"에 따라 평가한다. 별지 제2호 서식에서는 시험·검사를 위한 분석능력을 평가하며, 별지 제3호 서식에서는 기술인력, 장비보유현황, 운영관리에 관한 사항 등을 평가한다.

나. 별지 제2호, 제3호 서식의 평가 점수가 70점 이상일 경우 "적합", 70점 미만일 경우 "부적합"으로 평가하고, 결과를 취합하여 별지 제4호서식의 "현장평가보고서"를 작성하고 안전원장에게 제출한다.

다. 안전원장은 현장평가 결과 보완사항이 있을 경우에는 신청자에게 즉시 요구하여야 하며, 신청기관은 30일 이내에 보완내용을 이행하고, 그 결과를 제출하여야 한다. 단, 30일 이내에 보완을 완료할 수 없는 경우 안전원장에 그 사유를 제출하고 승인을 받아 1회에 한하여 연장 할 수 있다.

라. 안전원장은 "현장평가보고서"의 결과가 적합하고, 보완요구사항에 대한 보완이 완료된 경우 생활화학제품 및 살생물제 시험·검사기관 지정을 승인하고 신청자에게 그 결과를 통보한다.