

[별표 7]

## 대기전력시험기관 시험설비 및 전문인력 기준(제11조제2항 관련)

### 1. 시험설비

| 장 비 명                | 최대 측정범위             | 허용오차                    | 분해능력                                                                                                                                                                                                                          | 보유대수  |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 스톱워치<br>또는 타이머       | -                   | $\pm 1\%$               | -                                                                                                                                                                                                                             | 2대 이상 |
| 실내온도측정기              | 50℃                 | $\pm 2\%$               | -                                                                                                                                                                                                                             | 2대 이상 |
| 실내습도측정기              | 95%RH               | $\pm 6\%RH$             | -                                                                                                                                                                                                                             | 2대 이상 |
| 전력량계 또는<br>전력자동측정기록계 | 1W 이하<br>1W ~ 2000W | $\pm 20mW$<br>$\pm 3\%$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10W 이하의 소비전력 측정값에 대하여 0.01W 이하</li> <li>- 10W 초과 100W 이하의 소비전력 측정값에 대하여 0.1W 이하</li> <li>- 100W 초과 1.5kW 이하의 소비전력 측정값에 대하여 1W 이하</li> <li>- 1.5kW 초과 소비전력 측정값에 대하여 10W 이하</li> </ul> | 3대 이상 |
| 전압자동측정기록계            | 600V                | $\pm 1.5\%$             | -                                                                                                                                                                                                                             | 3대 이상 |
| 주파수측정계               | 3kHz                | $\pm 0.2\%$             | -                                                                                                                                                                                                                             | 2대 이상 |
| 입력전압안정화기기            | -                   | $\pm 1.5\%$             | -                                                                                                                                                                                                                             | 1대 이상 |
| 트래픽 제너레이터            | -                   | -                       | -                                                                                                                                                                                                                             | 1대 이상 |
| AC 부하 시험장치           | -                   | -                       | -                                                                                                                                                                                                                             | 1대 이상 |

주) 1. 실내습도측정기는 복사기에 적용한다.

2. 트래픽 제너레이터는 홈게이트웨이에 적용한다.

3. AC 부하 시험장치는 자동절전제어장치에 적용한다.

4. 보유기자재의 최대측정범위 값이 규정에서 정한 최대측정범위를 초과해도 조정후의 측정범위에서 정한 허용오차범위를 만족할 경우는 기자재로 인정한다.

## 2. 전문인력

### 가. 시험요원의 자격요건

- 시험요원은 적합성평가 관리 등에 관한 법률 제17조에 따라 지정된 전문인력 양성기관에서 KS Q ISO/IEC 17025 운영실무 및 측정불확도 추정 교육 과정을 이수하고 소정의 시험에 합격하여야 한다.
- 시험요원으로서 요구되는 최소 실무경력은 다음과 같다.

| 분야   | 직 책   | 고등학교<br>졸업 | 전문학사<br>학위취득 | 학사<br>학위취득 | 석사이상<br>학위취득 |
|------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 전기시험 | 기술책임자 | 8년         | 6년           | 4년         | 2년           |
|      | 실무자   | 6개월        |              |            |              |

나. 대기전력시험기관 전기시험 요원 총인원수 : 5명 이상(기술책임자 및 실무자를 포함)