

[별표 8]

자체측정승인 시험설비 및 전문인력 기준(제12조제2항 관련)

1. 시험설비

장 비 명	최대 측정범위	허용오차	분해능력	보유대수
스톱워치 또는 타이머	-	$\pm 1\%$	-	1대 이상
실내온도측정기	50℃	$\pm 2\%$	-	1대 이상
실내습도측정기	95%RH	$\pm 6\%RH$	-	1대 이상
전력량계 또는 전력자동측정기록계	1W 이하 1W ~ 2000W	$\pm 20mW$ $\pm 3\%$	- 10W 이하의 소비전력 측정값에 대하여 0.01W 이하 - 10W 초과 100W 이하의 소비전력 측정값에 대하여 0.1W 이하 - 100W 초과 1.5kW 이하의 소비전력 측정값에 대하여 1W 이하 - 1.5kW 초과 소비전력 측정값에 대하여 10W 이하	1대 이상
전압자동측정기록계	600V	$\pm 1.5\%$	-	1대 이상
주파수측정계	3kHz	$\pm 0.2\%$	-	1대 이상
입력전압안정화기기	-	$\pm 1.5\%$	-	1대 이상
트래픽 제너레이터	-	-	-	1대 이상
AC 부하 시험장치	-	-	-	1대 이상

주) 1. 실내습도측정기는 복사기에 적용한다.

2. 트래픽 제너레이터는 홈게이트웨이에 적용한다.

3. AC 부하 시험장치는 자동절전제어장치에 적용한다.

4. 보유기자재의 최대측정범위 값이 규정에서 정한 최대측정범위를 초과해도 조정후의 측정범위에서 정한 허용오차범위를 만족할 경우는 기자재로 인정한다.

2. 전문인력

가. 시험요원의 자격요건

- 시험요원으로서 요구되는 최소 실무경력은 다음과 같다.

분야	고등학교 졸업	대학(4년미만) 졸업	대학(4년이상) 졸업
전기전자시험	3년	2년	1년

나. 자체측정승인업자 전기전자 시험요원 총인원수 : 1명 이상