

【별표 4】 정밀측정장비 획득 절차 (제31조 관련)

정밀측정장비 획득업무 절차

- ① 통합사업관리팀장은 주장비 및 지원장비 등의 시험·측정 등에 사용되는 정밀측정장비 신규 획득 시 교정에 필요한 표준기, 교정용 소프트웨어, 기술도서, 동시조달수리부속, 시설 및 교육훈련 등의 제반 요소(이하 “교정능력(표준기 등)”이라 한다)를 획득하며, 세부소요는 체계지원관리회의를 통해 결정한다.
- ② 통합사업관리팀장은 정밀측정장비 획득 시 후속지원을 위해 소요군과 공군 군수참모부장에게 사전 교정능력 검토 및 추가 교정능력(표준기 등) 소요검토를 의뢰하여야 한다.
- ③ 공군 군수참모부장은 기술검토 결과를 소요군과 통합사업관리팀장에게 통보하며, 소요군은 공군의 기술검토 결과를 고려하여 교정능력(표준기 등) 소요를 통합사업관리팀장에게 제출한다. 통합사업관리팀장은 사업추진 시 통합체계지원(IPS)에 측정 표준 분야를 포함 반영·확보하며, 소요군은 확보된 교정능력(표준기 등)을 공군(제85정밀표준창)으로 이관하여야 한다.
- ④ 공군 군수참모부장(공군 85표준창)은 6월말, 11월말 기준 검토결과를 종합하여 다음달 20일까지 방위사업청(전력화지원관리팀장)에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 연구개발사업 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등) 획득 절차는 다음과 같다.
 1. 통합사업관리팀장은 무기체계의 수명주기에 걸쳐 주장비 및 지원장비의 정밀·정확도가 보장될 수 있도록 설계단계부터 정밀측정장비에 대한 교정 및 정비지원 개념을 반영하여야 한다.
 2. 통합사업관리팀장은 체계개발 단계에서 식별된 정밀측정장비 목록을 별지 제8호서식에 따라 소요군과 공군 군수참모부장에게 기술검토 의뢰하여야 한다.
 3. 통합사업관리팀장 및 전력화지원관리팀장은 정밀측정장비 교정지원 사항을 체계지원분석(PSA) 대상에 포함하도록 개발기관에 요구하고, 체계지원관리회의 및 체계지원분석자료 점검회의 시 이를 확인하여야 한다.
 4. 통합사업관리팀장은 사업관리단계(PDR/CDR, LDC, 체계지원관리회의, 시험평가, 창정비 요소개발 등)별로 정밀측정분야 검토를 위해 필요시 공군(제85정밀표준창) 인원을 참여시킬 수 있다.
 5. 통합사업관리팀장은 공군의 기술검토가 완료되고 소요군의 획득소요가 제출되면, 정밀측정장비와 교정 요소의 적절성을 최종 판단하여 양산사업에 반영하여야 한다.
 6. 통합사업관리팀장은 양산단계에서 정밀측정장비 물량 및 지원체계에 대한 추가 소요가 있을 경우, 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등)을 양산단계에서 확보하여야 한다.
- ⑥ 구매사업 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등) 획득 절차는 다음과 같다.
 1. 통합사업관리팀장은 구매사업으로 획득하는 무기체계에 대하여 정밀측정 및 교정능력을 구비하도록 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등) 소요를 사업에 반영하여야 한다.

2. 통합사업관리팀장은 시험평가 대상장비 선정 이후, 업체 제안서에 포함된 정밀측정장비 목록을 별지 제8호 서식에 따라 소요군과 공군 군수참모부장에게 기술검토 의뢰하여야 한다. 제안서에 미포함된 정밀측정장비 목록을 사업관리 단계에서 확보시에도 위 절차를 동일하게 따른다.
3. 통합사업관리팀장은 업체 제안서에 정밀측정장비 및 교정 관련 자료 추후 제출하는 것으로 되어 있을 경우, 협상 시 제출시기를 명확히 요구하여야 한다.
4. 통합사업관리팀장은 공군의 기술검토가 완료되고 소요군의 획득소요가 제출되면, 정밀측정장비와 교정요소의 적절성을 최종 판단하여 계약체결 시 반영하여야 한다.
5. 계약부서장은 정밀측정장비 및 교정요소의 납지를 정밀측정장비 교정 지원부대(제85정밀표준창 또는 운영부대)로 납품되도록 계약서에 명시하여야 한다.