

[별표 1]

지구대기감시망 관측장비별 검·교정 주기(제4조 관련)

관측장비		검·교정 주기	비고
대분류	소분류		
온실가스 측정기	공동광자감쇠분광기	1년	1주*
	가스크로마토그래프	1년	6시간*
	공진출력분광기	1년	1주*
반응가스 측정기	일산화탄소분석기	1년	1주*
	이산화황분석기		
	질소산화물분석기		
	오존분석기		
에어로졸 측정기	저용량 미세먼지채취기	1년	-
	부유분진 측정기		
	공기역학입자계수기	2년	-
	전자기유도입자계수기		
	응결핵계수기		
	광산란계수측정기		
	광흡수계수측정기		
	태양광도계	3년	-
	스카이라디오미터		
	에어로졸 라이다	1년	-
성층권 오존 측정기	오존분광광도계	3년	-
	오존존데	-	비양 시 점검
자외선 측정기	자외선측정기	2년	-
대기복사 측정기	직달일사계	5년	-
	전천일사계		
	지구복사계	3년	-
	순복사계		
총대기침적 측정기	산성도측정기	1년	-
	전기전도도측정기		
	이온크로마토그래프		

* 관측자료의 품질관리를 위해 표준가스 활용 등을 통해 주기적으로 관측장비의 성능을 점검하는 주기