

환경측정기기 성능시험 및 정도검사 결과에 대한 품질(QA/QC) 절차서

1.0 개 요

본 기준은 환경측정기기의 형식승인을 위한 성능시험과 정도검사 결과에 대한 품질의 QA/QC(Quality Assurance/Quality Control) 관리에 적용한다.

2.0 절 차

2.1 검토자

성능시험 및 정도검사 결과의 검토는 해당 부서장 또는 부서장이 지정하는 자로 하며, 국립환경과학원에 검사원으로 등록되어 있어야 한다.

2.2 검토 내용

성능시험 및 정도검사 결과에 대한 QA/QC 검토 내용은 검사인력, 검사에 사용된 장비 및 표준물질, 실험실 환경조건 준수여부, 검사방법 및 기준 적용의 적정성, 결과 산출시 오류 여부, 원자료(담당자 서명, 일자, 시간(시, 분, 초) 포함) 등을 종합적으로 검토한다.

2.3 결과의 처리

검토자는 검토를 위한 체크리스트를 작성하고, 결과물이 적정하다고 판단시 신청인에게 해당 성적서 또는 점검표를 발급하며, 검토 결과 성능시험 또는 정도검사의 결과에 영향을 미치는 부정적 사유가 발생할 경우 성능시험 및 정도검사를 적정한 방법 및 조건에서 다시 수행하여야 하며 그 내용을 신청인에게 통보하여야 한다.

2.4 QA/QC 점검표

구 분	내 용	결 과
검 사 자	국립환경과학원 검사원 등록 여부	☐ 등록 ☐ 미등록
처리기간	준수 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
실험실 요건 (반입시 해당)	유지 온도 : ℃	☐ 적합 ☐ 부적합
	유지 압력 : hPa	☐ 적합 ☐ 부적합
	습 도 : %	☐ 적합 ☐ 부적합
장비 및 기기	교정(외부/자체) 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
	교정유효기간 초과 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
표준물질	인증 여부	☐ 적합 ☐ 부적합
	유효기간 초과여부	☐ 적합 ☐ 부적합
	소급성 유지 불가한 경우 자체 관리 지침 준수 여부	☐ 적합 ☐ 부적합

시험기준 적용	관련고시의 최근기준 적용성	☐ 적합 ☐ 부적합
	관련고시의 최근방법 적용성	☐ 적합 ☐ 부적합
결과산출의 적정성	산출 공식	☐ 적합 ☐ 부적합
	데이터 수집 및 입력	☐ 적합 ☐ 부적합
	원자료와 최종결과의 연관성	☐ 적합 ☐ 부적합
	원자료의 유효성(서명, 일시 등)	☐ 적합 ☐ 부적합
	검사 반복 횟수	☐ 적합 ☐ 부적합
	오타 등	☐ 적합 ☐ 부적합
검토결과 (부적합 사항)		
부적합사항에 대한 조치사항		
검사자	○ ○ ○ (인)	
품질책임자	○ ○ ○ (인)	

※ 동 양식은 각 환경측정기기 검사기관의 실정에 맞게 변경 적용할 수 있음