

[별표 8]

환경측정기기 기준 검사실의 세부기준

1. 인력기준의 관련분야 및 세부기준

법 제5조에서 정한 운영체계 확립 및 유지·발전을 위한 사업을 수행하기 위한 환경측정기기 기준 검사분야 인력기준 및 업무는 다음과 같다.

가. 책임자 3명 이상은 운영책임자, 품질책임자, 기술책임자 등의 업무를 관장한다.

나. 연구원 20명 이상(7개 환경측정기기 분야)은 다음 업무를 수행한다.

- 1) 기준 검사실 및 국가 기준 환경측정기기의 상시 운영(7명 이상)
- 2) 환경측정기기의 정밀도 및 정확도 향상 연구 개발(5명 이상)
- 3) 환경측정기기의 소급성 유지 및 보급(3명 이상)
- 4) 신뢰성 향상과 국제동등성 유지를 위한 환경측정기기 검사방법 개발(3명 이상)
- 5) 국가간 상호인정을 위한 국외 선진 환경측정기기 검사기관과 기술교류 등의 업무 협약(2명 이상)

2. 환경측정기기 검사실 면적의 세부기준

환경측정기기 기준 검사실이 환경측정기기 운영체계 확립 및 유지·발전을 위한 사업을 수행하기 위하여 보유하여야 할 검사실과 그 기능은 다음과 같다.

가. 검사실

국가 기준 환경측정기기를 상시운영 또는 관리하면서 측정기기의 소급성 유지 및 보급 관련 검사업무를 수행하기 충분한 검사실 3실 이상

나. 크린룸

광화학원리를 이용한 환경측정기기의 특성검사 및 분석부 분해 검사가 가능하도록 먼지, 온도, 습도 및 정전기 등의 제어가 가능한 class 10,000 이하의 크린룸 1실 이상

다. 검사품 보관실

해당 검사실별 시험·검사 대상 측정기기(W600×D900×H1800의 19인치 표준 랙 타입) 5대 이상 보관이 가능한 2.7m² 이상의 전실

3. 분야별 대상장비(상시운영 국가 기준 환경측정기기)의 세부 운영관리 기준

연속자동측정기기의 경년변화 등의 특성과 소급성 유지를 위하여 환경측정기기 기준 검사실에서 상시 운영하는 국가 기준 환경측정기기는 규칙 제2조의 형식승인 대상 측정기기와 같으며 측정기기의 정밀·정확도와 소급성 유지 등에 대한 세부운영관리 기준은 다음과 같다.

가. 환경측정기기의 정기 정밀/정확도 평가(년 1회 실시)

기준물질(CRM 또는 RM)을 3회 이상 반복 측정하여 정밀도는 3% 이내, 정확도는 5% 이내로 유지하여야 한다.

- 1) 정밀도(%)=(표준편차/측정값평균)*100

2) 정확도(%)=(평균오차/기준값)*100

나. 국가 기준 환경측정기기를 활용한 측정기기의 소급성 유지

1) 환경측정기기 검사기관 법정 보유장비의 소급성 유지(정도관리 주기에 따라 실시)는 국가 기준 환경측정기기와 비교 평가를 통해 진행할 수 있다.

2) 성능시험(예비성능시험) 대상 장비는 국가 기준 환경측정기기와 168시간 연속 비교 측정하여 그 성능과 소급성을 확인 할 수 있다.

4. 환경측정기기 기준 검사실 정도관리의 세부기준

가. 정도관리(적합성 평가)

환경측정기기 기준 검사실의 정도관리는 법 제18조의2 및 규칙 제17조의2에 따르며, 경영요건과 기술요건은 주기적으로 제3자의 적합성 평가를 받아야 한다.

나. 운영관리체계 구축 및 운영(품질문서)

환경측정기기 기준 검사실에서 수행하는 시험·검사업무에 대한 공신력 확보를 위하여 경영요건과 기술요건에 대한 품질매뉴얼, 품질절차서 및 품질지침서 등의 운영관리체계를 구축하고 운영하여야 한다.

5. 기타

환경측정기기 기준 검사실 운영기관은 운영에 필요한 기타 세부기준을 해당기관의 내규 또는 지침으로 정하여 운영할 수 있다.