


디지털의료기기의 제품코드 생성에 관한 세부 기준(제6조제2항 관련)

1. 디지털의료기기 제품코드 생성 원칙

가. 디지털의료기기는 제품별 하나의 제품코드를 가지며 “주된 사용목적”, “기술의 유형”, “형태”를 고려하여 총 7자리로 구분한다. 이 경우 제품코드의 맨 앞 두 자리는 주된 사용목적, 다음 세 자리는 기술의 유형, 마지막 두 자리는 형태로 분류한다.



나. 디지털의료기기 제품군의 제품코드는 제품군을 대표하는 제품을 선정하여 해당 제품의 특성에 따라 생성하여야 한다.

2. 디지털의료기기 제품코드 생성에 관한 세부 기준

가. 디지털의료기기의 첫 번째 코드는 주된 사용목적에 따라 두 번째 코드는 주된 사용목적별 제품의 세부적인 특성에 따라 다음과 같이 기재한다.

분류	첫번째 코드(대문자)	두번째 코드(숫자)
주된 사용 목적	A. 검사 (측정·촬영 등)	1. (의료)영상
		2. 생체신호
		3. 체외진단지표
		4. 기타
		5. 2개 이상
	B. 진단 (진단 또는 의료적 판단 지원 등)	1. (의료)영상
		2. 생체신호
		3. 체외진단지표
		4. 기타
		5. 2개 이상
	C. 치료 (치료 또는 치료의 보조 등)	1. 수술 또는 시술(지원)
		2. 치료계획 및 모의시술
		3. 디지털치료기기
		4. 기타
	D. 임상적 관리 유도 (예측·예방 등)	1. (의료)영상
		2. 생체신호
		3. 체외진단지표
		4. 기타
		5. 2개 이상
	E. 장애보조·경감	1. 운동장치
		2. 기능보조
		3. 기타
	F. 정보제공·관리(모니터링)	1. 의료영상

	G. 의약품보조	2. 기타
		1. 복약모니터링(이식형) 등
		2. 약물주입량 등 계산
		3. 동반진단
	H. 그 밖의 목적	4. 병용요법·활용 등
		1. 마약류 중독 재활
	I. 융합제품	2. 기타
		N. 주된 사용목적의 수를 숫자로 기재

나. 디지털의료기기의 세 번째 코드부터 다섯 번째까지의 코드는 적용되는 디지털의료기기에 적용되는 디지털기술의 유형별로 “A” 부터 “E” 까지 순차적으로 모두 기재한다. 디지털기술이 1개만 적용된 경우에는 네 번째 및 다섯 번째, 디지털기술이 2개만 적용된 경우에는 다섯 번째 코드를 “X” 로 기재하며, 4개 이상 디지털기술이 적용되는 경우에는 다섯 번째 코드를 “P” 로 기재한다.

디지털 기술의 유형	세 번째 코드(대문자)		네 번째 코드(대문자)		다섯 번째 코드(대문자)	
	A부터 적용되는 디지털 기술을 순차적으로 기재		1. 디지털기술이 1개 또는 2개만 적용된 경우 네 번째 및/또는 다섯 번째 코드를 “X” 로 기재 2. 4개 이상 기술이 적용되는 경우 다섯 번째 코드를 “P” 로 기재			
	A	독립형소프트웨어기술		E	가상·융합기술	
	B	인공지능기술		X	디지털기술이 1개 또는 2개만 적용된 경우 공란에 기재	
	C	지능형로봇기술		P	4개 이상 기술이 적용되는 경우	
	D	초고성능컴퓨팅기술				

다. 디지털의료기기의 여섯 번째 코드는 디지털 기술이 적용된 의료기기의 기본 유형에 따라 기재하고, 일곱 번째 코드는 디지털의료기기의 형태에 따라 다음과 같이 기재한다.

기본 유형	여섯 번째 코드(대문자)		
	A. 의료기기	B. 체외진단의료기기	C. (A+B)
형태	일곱 번째 코드(숫자)		
	1. 독립형 디지털 의료기기소프트웨어	2. 소프트웨어 내장 디지털의료기기	3. (1+2)