

생물안전장비 사용 절차(제3조제5항 관련)

1. 병원체 및 감염성물질 등을 취급 시, 실험자 및 환경을 안전하게 보호하기 위해 반드시 물리적인 밀폐장비인 생물안전작업대 내에서 수행한다.
2. 생물안전작업대 사용절차는 다음과 같다.
 - 이용 전 장비를 가동하여 안정화하며, 생물안전작업대 안에서 구역을 구분(준비구역, 작업구역, 완료 및 폐기구역)하여 감염성물질 등을 취급한다.
 - 생물안전작업대에서 작업 중 바닥에 감염성물질 등을 흘린 경우 장비를 계속 가동시킨 상태에서 흘린 위치에 소독제를 붓고, 일정 시간이 지난 뒤 잔류 소독제를 완전히 닦아낸다. 대량의 유출시 확산방지 조치 후 생물안전관리자에게 보고하고 퇴실한다.
3. 밀폐구역 내에서 발생하는 모든 폐기물은 양문형고압증기멸균기 등을 이용하여 생물학적 활성을 제거한 뒤 배출한다. 시설관리자, 유지보수관계자 등은 실험에 사용된 병원체 및 감염성물질 특성을 반영하여 가동 시간과 온도를 설정하고 사용 내역을 대장에 기록한다.
4. 밀폐구역으로 병원체 및 시료 물품 등을 반출·입할 경우 안전한 이송을 위하여 패스박스를 사용한다. 사전 반출·입이 승인된 병원체(3중 수송용기 이용) 또는 소모품 등의 물품을 넣고 15분 이상 자외선(UV)을 조사하며 사용내역을 대장에 기록한다.

※ 기타 자세한 사항은 연구시설별 생물안전지침을 따른다.