

전자식 일조계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 임계 직달 일사값을 120 W/m^2 으로 하는 기상관측용 전자식 일조계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 시간이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$, 습도는 $50 \pm 20 \text{ \%rh}$ 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용범위는 직달 일사값 $114 \sim 126 \text{ W/m}^2$ 로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 일조계는 본체, 수평계 및 경사각조정장치, 제습제, 신호 출력선 등으로 구성되어야 한다.
- 2) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 교

환이 쉽게 가능해야 한다.

- 3) 본체에는 직달 일사를 감지할 수 있는 광센서가 있어야 하고, 광센서가 위치한 공간은 유리 재질 챔버로 외기와 격리되어야 한다.
- 4) 일조계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 5) 전자식 일조계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 6) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 7) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 임계 직달 일사값은 일조계의 출력신호가 전환되기 전후의 일사값의 평균이다.
- 2) 인공 태양광의 복사조도를 기준기와 전자식 일조계에 번갈아 가며 순차적으로 최소 1분 이상 조사시킨다.
- 3) 일조계의 임계 직달 일사값은 최대허용범위를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 일조계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.

- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.