

자동제세동기[AED] 점검표

□ 위치 :

확인사항	()월 첫째주 ()	()월 둘째주 ()	()월 셋째주 ()	()월 넷째주 ()	()월 다섯째주 ()
1. 기기의 전원 버튼이 작동되는가?					
2. 전원이 켜질 시 음성과 화면표시등(녹색불)이 작동되는가?					
3. 배터리 상태표시등이 작동하는가?					
4. 배터리 교체일은 언제인가?					
5. 1회용 전기패드와 기기의 연결부위가 잘 연결되었는가?					
6. 1회용 전기패드 회로는 이상이 없는가?					
7. 전기패드 교체일은 언제인가?					
8. 기기에 균열이나 깨진 부분은 없는가?					
9. 보관함에 균열이나 깨진 부분은 없는가?					
10. 보관함 개방 시 도난경보는 잘 울리는가?					
11. 필수옵션(휴대용 가방)은 준비되어 있는가?					
점검자 확인서명					

* 상기 서식은 의무실 운영상황에 따라 변경될 수 있음